



Гр. Хасково 6300  
Бул. Съединение №49

Тел. центр.: 038/ 606 700; 606 800;  
e-mail: [mbal\\_haskovo@mail.bg](mailto:mbal_haskovo@mail.bg)

## РАЗЯСНЕНИЕ

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпилото запитване в „МБАЛ-Хасково“ АД за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори необходими за провеждане на перитонеална диализа и хемодиализно лечение в МБАЛ – Хасково АД“, открита с Решение № 0661/16.10.2013 г., на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви изпращаме следните разяснения по поставения въпрос.

**Въпрос:**

При описанието в техническата спецификация, в обособена позиция П „Медицински изделия за хемодиализно лечение“, в подпозиция 1 „Филтри“, в номенклатурната единица 1.1 „Хемодиализатори със синтетична low flux мембранна /полисулфон или други деривати на полисулфона/ с повърхност“ са включени и изделията Адсорба 300 и Адсорба 150, които не са хемодиализатори за хронична диализа. Освен това, Адсорба 300 и Адсорба 150 са търговски наименования: със запазена марка на определен производител. В документацията е посочено, че всеки участник може да подава оферти за всички или за отделни номенклатури от спецификацията, но предвид факта, че посочените изделия са включени в една номенклатурна единица, то от това следва, че все участник трябва да предложи цена за всички изделия от номенклатурната единица, включително и за Адсорба 300 и Адсорба 150. В този случай, това би означавало, че така поставените условия предоставят предимство на определен участник в тръжната процедура, в нарушение на чл. 32, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и е предпоставка за процедура за обжалване. Бихте ли отговорили дали Възложителят ще приеме ценови оферти, които не съдържат цена за посочените два хемосорбера?

**Отговор на въпрос:**

В техническата спецификация за медицинските изделия /Обособена позиция № 2/ в подпозиция 1 „Филтри“, в номенклатурната единица 1,1 „Хемодиализатори със синтетична low flux мембранна/ полисулфон или други деривати на полисулфона/ с повърхност“ наименованията „Адсорба 300“ да се чете „Активен въглен за интоксикация /стерилен продукт/, който се използва при извършване на процедурата карбохемоперфузия за възрастни“ и „Адсорба 150“ да се чете „Активен въглен за интоксикация /стерилен продукт/, който се използва при извършване на процедурата карбохемоперфузия за деца“. Възложителят няма да приема ценови оферти за подпозиция 1,1 „Хемодиализатори със синтетична low flux мембранна/ полисулфон или други деривати на полисулфона/ с повърхност“, които не съдържат цена за горепосочените 2 /два/ хемосорбери.

Възложител:

/ Изп. Директор д-р С. Близнаков /