

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия назначена със Заповед № 0245 / 20.03.2017 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД с две обособени позиции”

- **Обособена позиция № 1 - „Доставка на неонатален апарат за механична белодробна вентилация и 2 броя неонатални инкубатори за нуждите на „МБАЛ- Хасково“ АД”**
- **Обособена позиция № 2 -“Доставка на автоматизирана система за хемокултури за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”**

открита с Решение № 0172/ 09.02.2017 г., публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 14.02.2017 г., в РОП на 13.02.2017 г.

На **04.05.2017 г. в 10:00 часа**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД , находяща се на бул.”Съединение ”№49 се проведе закрито заседание за разглеждане на постъпилите допълнителни документи и за разглеждане на техническите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет.

На закритото заседание присъстваха всички членове на комисията, както следва:

Председател:

Д-р Надя Иванова Вачева- Мутафчиева – Началник отделение по неонатология в „МБАЛ-Хасково” АД

Членове:

1. Д-р Лидия Тодорова Узунова- Тодорова – Началник микробиологична лаборатория в „МБАЛ-Хасково” АД
2. Виолета Бориславова Йораднова -- Юрисконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД

Резултати от работата на комисията:

I. В указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП е постъпил и е регистриран допълнително изискваният документ от участника, както следва:

1. Допълнително постъпил документ от „Диамед” ООД с вх. № 48/02.05.2017г. - 12:40 часа.

Комисията пристъпи към изпълнение на възложената си работа на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, и разгледа **допълнително представеният и документ** от участника, изискан в **Протокол №1 /24.04.2017г.** с оглед установяване на съответствие на офертата на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

- **Относно „Диамед” ООД** - в указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП е постъпил следният документ : представен е нов ЕЕДОП , подписан и подпечатан от лицата представляващи участника, в който е декларирана информация в съответните полета, отнасящи се към съответното обстоятелство, представляващо основание за изключване .

Комисията разгледа обстойно представеният и документ, изискан с Протокол №1 /24.04.2017г. от заседание на комисията и констатира следното: Участникът „Диамед” ООД е представил необходимия документ с попълнена в него информация, в съответните полета, отнасящи се към съответното обстоятелство, представляващо основание за изключване.

➤ **В резултат на което, комисията установи:**

Участникът е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Въз основа на така извършената проверка, Комисията единодушно взе решение до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническите предложения, да бъдат допуснати следните участници:

1. **"ДИАМЕД" ООД** - оферта с ВХ. № 26/17.03.2017г.
2. **"ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД** - оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г.
3. **"АМС" ООД** - оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г.

II. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, съгласно реда на постъпване на офертите:

1). „ДИАМЕД” ООД -

оферта с ВХ. № 26/17.03.2017г. , за **Обособена позиция №2**

След разглеждане и оценка на техническото предложение и представените мостри, комисията установи:

1. Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя.

Участникът е декларирал, че настоящето предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, и че приема изцяло изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

- Предлагаият апарат (марка: BD BADCTECT, модел: FX40, Производител: BECTON DICKINSON AND COMPANY(BD)) е фабрично нов, произведен е през 2016г., не е бил демонстрационен, не е рециклиран и не е демоапаратура.
- Срока на доставка е 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
- Срока за монтаж, настройка, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 3 (три) дни, след доставката.
- Предлагаият гаранционен срок е: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане на апаратурата в експлоатация. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване.
- Предлагаият апарат притежава СЕ-маркировка/ Директива 98/79 ЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие.

Към Техническото предложение са приложени следните документи:

1.1. Пълна и изчерпателна техническа документация – Информационна брошура, Ръководство на потребителя и Инструкция за употреба.

1.2. **Таблица за съответствие на оферирания апарат** (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „Диамед” ООД.

- В Таблицата за съответствие - Изисквания за **автоматизирана система за хемокултури (1 брой)**, участникът е оферирал апарат, който не съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:

Относно №12 - Възможност за работа с нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробно, анаеробно култивиране, педиатрична/малообемна и за Микобактерии

- ✓ Участника предлага възможност за работа с бутилки – (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.1. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация, обикновена

- ✓ Участника предлага бутилки за аеробна инкубация, обикновена - (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.2. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация, обикновена

- ✓ Участника предлага бутилки за анаеробна инкубация, обикновена- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.3. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация

- ✓ Участника предлага бутилки за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.4. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация

- ✓ Участника предлага бутилки за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация - (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.5.- Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на Микобактерии в стерилни телесни течности

- ✓ Участника предлага бутилки за детекция на Микобактерии в стерилни телесни течности- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.6.- Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби

- ✓ Участника предлага бутилки за детекция на педиатрични проби- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №13.- Да се използва колориметричен метод за детекция за по-висока чувствителност

- ✓ Участника предлага - флуоресцентен метод за детекция.

2. При разглеждане на представените мостри, комисията установи следното :

- Участника е предоставил в срок с приемо-предавателен протокол (*Образец № 9*), мостри на бутилките, за които е отбелязано (в Техническа спецификация), че се изискват такива.
- Мострите са предоставени, като върху всяка мостра има надпис с посочване на номера от техническата спецификация за която се отнася.
- Представените от участника „ДИАМЕД” ООД мостри на бутилки не отговарят на изискуемите показатели поставени от Възложителя в Техническа спецификация (*Приложение № 3*)

Изисквания на Възложителя, относно мострите:

№12.3 Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.4 Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.6 Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби– 1 брой

- ✓ Мострите предоставени от участника са чупливи – произведени от стъкло.

➤ **Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ДИАМЕД” ООД.**

С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

2). „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД -

оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г. , за **Обособена позиция №2**

След разглеждане и оценка на техническото предложение и представените мостри, комисията установи:

1. Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя.

Участникът е декларирал, че настоящето предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, и че приема изцяло изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

- Предлаганият апарат (марка:VactAlert, модел: 3D60, Производител: bioMerieux, France) е фабрично нов, произведен е през 2017г., не е бил демонстрационен, не е рециклиран и не е демоапаратура.
- Срока на доставка е 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
- Срока за монтаж, настройка, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 2 (два) дни, след доставката.
- Предлагания гаранционен срок е: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане на апаратурата в експлоатация. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване.
- Предлаганият апарат притежава СЕ-маркировка/ Директива 98/79 ЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие.

Към Техническото предложение са приложени следните документи:

1.1.Пълна и изчерпателна техническа документация – Информационна брошура, Ръководство за работа.

1.2.**Таблица за съответствие на оферирания апарат** (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „Интер Бизнес 91” ЕООД.

- В Таблицата за съответствие - Изисквания за **автоматизирана система за хемокултури (1 брой)**, участникът е оферирал апарат, който съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.

2.При разглеждане на представените мостри, комисията установи следното :

- Участника е предоставил в срок с приемо-предавателен протокол (*Образец № 9*), мостри на бутилките, за които е отбелязано (в Техническа спецификация), че се изискват такива.
- Мострите са предоставени, като върху всяка мостра има надпис с посочване на номера от техническата спецификация за която се отнася.
- Представените от участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД мостри на бутилки отговарят на изискуемите показатели поставени от Възложителя в Техническа спецификация (*Приложение № 3*)

Изисквания на Възложителя, относно мострите:

№12.3 Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.4 Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.6 Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби– 1 брой

- *В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.*

3). „АМС” ООД -

оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г. , за **Обособена позиция №1**

След разглеждане, комисията установи:

1.Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя.

Участникът е декларирал, че настоящето предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, и че приема изцяло изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

- Предлаганият апарат
 - за механична белодробна вентилация (марка:ДРЕГЕР, модел: Babylog8000Plus, Производител: ДРЕГЕР, Любек- Германия) е рециклиран.
 - неонатален инкубатор (марка: ДРЕГЕР, модел: Incubator8000SC, Производител: ДРЕГЕР, Любек- Германия) е рециклиран.
 - неонатален инкубатор (марка: ДРЕГЕР, модел: Incubator8000SC, Производител: ДРЕГЕР, Любек- Германия) е рециклиран.
- Срока на доставка е 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
- Срока за монтаж, настройка, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 3 (три) дни, след доставката.

- Предлагания гаранционен срок е: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане на апаратурата в експлоатация. Задължаваме се в рамките на гаранционния срок да осигурим на Възложителя гаранционно (сервизно) обслужване.
- Предлаганият апарат притежава СЕ-маркировка/ Директива 93/42 ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие.

Към Техническото предложение са приложени следните документи:

1.1. Пълна и изчерпателна техническа документация – Проспекти, Кataloзи, Ръководство за работа.

1.2. **Таблица за съответствие на оферирания апарати** (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „АМС“ ООД.

- В Таблицата за съответствие - Изисквания за **неонатален апарат за механична вентилация (1 брой)**, участникът е оферирал апарат, който съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.
- В Таблицата за съответствие - Изисквания към апарат за **неонатален инкубатор (2 броя)**, участникът е оферирал 2 броя апарати, които съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.
- **В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.**

Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще се публикува в профила на купувача на „МБАЛ–Хасково“ АД при спазване на срока по чл.57, ал.3 от ППЗОП. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 10.05.2017 г. Копие от него ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на „МБАЛ-Хасково“ АД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисия в състав:

Председател:

Д-р Надя Иванова Вачева- Мутафчиева *...

Членове:

1. Д-р Лидия Тодорова Узунова- Тодорова
2. Виолета Бориславова Йораднова *

Заличена информация
на основание
чл. 2 от ЗЗЛД



* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД