


УТВЪРЖДАВАМ:

Д-р Георги Гелов

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Хасково“ АД



Дата на утвърждаване: 31.05.2017

## ДОКЛАД

от работата на комисия назначена със Заповед № 0245 / 20.03.2017 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД с две обособени позиции”**

- **Обособена позиция № 1** - „Доставка на неонатален апарат за механична белодробна вентилация и 2 броя неонатални инкубатори за нуждите на „МБАЛ- Хасково“ АД”
- **Обособена позиция № 2** - “Доставка на автоматизирана система за хемокултури за нуждите на „МБАЛ- Хасково“ АД”

открита с Решение № 0172/ 09.02.2017 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 14.02.2017 г., в РОП на 13.02.2017 г.

Във връзка с настоящата процедура, от Комисия назначена със Заповед № 0245 / 20.03.2017 г. бяха проведени три заседания в състав:

### Председател:

Д-р Надя Иванова Вачева- Мутафчиева – Началник отделение по неонатология в „МБАЛ-Хасково“ АД

### Членове:

1. Д-р Лидия Тодорова Узунова- Тодорова – Началник микробиологична лаборатория в „МБАЛ-Хасково“ АД
2. Виолета Бориславова Йораднова – Юриконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД

## Резултати от проведените заседания :

I. Комисията се събра на Първо заседание на 20.03.2017 г. в 10:00 часа, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ–Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49.

1. В срок има постъпили 3 (три) оферти:

1. "ДИАМЕД" ООД - оферта с ВХ. № 26/17.03.2017г. –11:00 ч.
2. "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г. –10:03 ч.
3. "АМС" ООД - оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г. –15:15 ч.

2. Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

4. Отварянето на получените оферти се извърши публично и по реда на тяхното постъпване, както следва:

### 1). „ДИАМЕД” ООД

Участникът е представил офертата си (за **Обособена позиция №2**), в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

### 2). „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД

Участникът е представил офертата си (за **Обособена позиция №2**), в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

### 3). „АМС” ООД

Участникът е представил офертата си (за **Обособена позиция №1**), в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

5. На закрито заседание, комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП в офертите на участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и в резултат на което установи следното:

1).Относно „Диамед” ООД, след разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия в представената от участника оферта:

- В представения от участника ЕЕДОП, в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е декларирана информация относно: 1). Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение?  
2). Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?

Предвид гореизложеното, участника следва да представи нов ЕЕДОП, като липсващата информация следва да бъде попълнена в съответните полета, отнасящи се към съответното обстоятелство, представляващо основание за изключване .

- *На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол №1, участника „ДИАМЕД” ООД следва да представи допълнително горепосоченият документ, с който да отстрани установените несъответствия.*

2).Относно „Интер бизнес 91” ЕООД, след разглеждането им комисията установи: Участникът е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя .

3).Относно „АМС” ООД, след разглеждането им комисията установи: Участникът е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя .

**II.** Комисията се събра на Второ заседание на 04.05.2017 г. в 10:00 часа, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение ”№49 на закрито заседание за разглеждане на постъпилите допълнителни документи и за разглеждане на техническите предложения на участниците в открит процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет.

1.На закритото заседание присъстваха всички членове на комисията.

2.В указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП е постъпил и е регистриран допълнително изисканият документ от участника, както следва - *Допълнително постъпил документ от „Диамед” ООД с вх. № 48/02.05.2017г. -12:40 часа.*

3. Комисията пристъпи към изпълнение на възложената си работа на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, и разгледа допълнително представеният и документ от участника, изискан в Протокол №1 /24.04.2017г. с оглед установяване на съответствие на офертата на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

4.След като разгледа обстойно представеният и документ, изискан с Протокол №1 /24.04.2017г. комисията констатира следното: Участникът „Диамед” ООД е представил необходимия документ с попълнена в него информация, в съответните полета, отнасящи се към съответното обстоятелство, представляващо основание за изключване.

- В резултат на което, комисията установи: Участникът е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

5. Въз основа на така извършената проверка, Комисията единодушно взе решение до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническите предложения, да бъдат допуснати следните участници:

1. **"ДИАМЕД" ООД** - оферта с ВХ. № 26/17.03.2017г.
2. **"ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД** - оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г.
3. **"АМС" ООД** - оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г.

6. Комисията продължи своята работа, с разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, съгласно реда на постъпване на офертите:

**1). „ДИАМЕД” ООД**-оферта с ВХ. № 26/17.03.2017г. , за ***Обособена позиция №2***

1. Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя. Като към Техническото предложението са приложени следните документи:

1.1. Пълна и изчерпателна техническа документация – Информационна брошура, Ръководство на потребителя и Инструкция за употреба.

1.2. Таблица за съответствие на оферирания апарат (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „Диамед” ООД.

- ✓ В Таблицата за съответствие - Изисквания за автоматизирана система за хемокултури (1 брой), участникът е оферирал апарат, който не съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:

Относно №12 - Възможност за работа с нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробно, анаеробно култивиране, педиатрична/малообемна и за Микобактерии

- Участника предлага възможност за работа с бутилки – (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.1. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация, обикновена

- Участника предлага бутилки за аеробна инкубация, обикновена - (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.2. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация, обикновена

- Участника предлага бутилки за анаеробна инкубация, обикновена- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.3. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация

- Участника предлага бутилки за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.4. - Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация

- Участника предлага бутилки за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация - (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.5.- Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на Микобактерии в стерилни телесни течности

- Участника предлага бутилки за детекция на Микобактерии в стерилни телесни течности- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №12.6.- Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби

- Участника предлага бутилки за детекция на педиатрични проби- (чупливи) произведени от стъкло.

Относно №13.- Да се използва колориметричен метод за детекция за по-висока чувствителност

- Участника предлага - флуоресцентен метод за детекция.

2. При разглеждане на представените мостри, комисията установи следното :

- Участника е предоставил в срок с приемо-предавателен протокол (Образец № 9), мостри на бутилките, за които е отбелязано (в Техническа спецификация), че се изискват такива.
- Мострите са предоставени, като върху всяка мостра има надпис с посочване на номера от техническата спецификация за която се отнася.
- Представените от участника „ДИАМЕД” ООД мостри на бутилки не отговарят на изискуемите показатели поставени от Възложителя в Техническа спецификация (Приложение № 3)

Изисквания на Възложителя, относно мострите:

№12.3 Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.4 Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.6 Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби– 1 брой

- Мострите предоставени от участника са чупливи – произведени от стъкло.

➤ Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ДИАМЕД” ООД.

С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

**2). „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД -оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г. , за Обособена позиция №2**

1.Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя. Като към Техническото предложението са приложени следните документи:

1.1.Пълна и изчерпателна техническа документация – Информационна брошура, Ръководство за работа.

1.2.Таблица за съответствие на оферирания апарат (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „Интер Бизнес 91” ЕООД.

- ✓ В Таблицата за съответствие - Изисквания за автоматизирана система за хемокултури (1 брой), участникът е оферирал апарат, който съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.

2.При разглеждане на представените мостри, комисията установи следното :

- Участника е предоставил в срок с приемо-предавателен протокол (*Образец № 9*), мостри на бутилките, за които е отбелязано (в Техническа спецификация), че се изискват такива.
- Мострите са предоставени, като върху всяка мостра има надпис с посочване на номера от техническата спецификация за която се отнася.
- Представените от участника „ИНТЕР БИЗНЕС 91” ЕООД мостри на бутилки отговарят на изискуемите показатели поставени от Възложителя в Техническа спецификация (*Приложение № 3*)

Изисквания на Възложителя, относно мострите:

№12.3 Нечупливи бутилки от поликарбонат за аеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.4 Нечупливи бутилки от поликарбонат за анаеробна инкубация с антимикробна неутрализация – 1 брой

№12.6 Нечупливи бутилки от поликарбонат за детекция на педиатрични проби– 1 брой

- В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” .

**3). „АМС” ООД - оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г. , за Обособена позиция №1**

1.Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя. Като към Техническото предложението са приложени следните документи:

1.1.Пълна и изчерпателна техническа документация – Проспекти, Каталози, Ръководство за работа.

1.2.Таблица за съответствие на оферирания апарати (съгласно приложеното в документацията приложение) - на хартиен и оптичен носител, попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Управителя на „АМС” ООД.

✓ В Таблицата за съответствие - Изисквания за неонатален апарат за механична вентилация (1 брой), участникът е оферирал апарат, който съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.

✓ В Таблицата за съответствие - Изисквания към апарат за неонатален инкубатор (2 броя), участникът е оферирал 2 броя апарати, които съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.

➤ В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” .

**III.** Комисията се събра на Трето заседание на 29.05.2017 г. в 10:00 часа, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ–Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение ”№49.

1.На публичното заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2.Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на допуснатите участници, по реда на тяхното постъпване:

**1."ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - оферта с ВХ. № 27/17.03.2017г. - за ОП №2**

При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията оповести предложената от участника ЦЕНА за:

1 БРОЙ АПАРАТ (BactAlert 3D 60) – 32 998.00 (тридесет и две хиляди деветстотин деведесет и осем) лева без ДДС.

**2.„АМС” ООД - оферта с ВХ. № 32/17.03.2017г. - за ОП №1**

При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията оповести предложената от участника **ЦЕНА** за:

1 БРОЙ АПАРАТ (Babylog8000Plus) – 23 300.00 (двадесет и три хиляди и триста) лева без ДДС.

1 БРОЙ АПАРАТ (Incubator8000SC) – 9 840.00 (девет хиляди осемстотин и четирдесет) лева без ДДС.

1 БРОЙ АПАРАТ (Incubator8000SC) – 9 840.00 (девет хиляди осемстотин и четирдесет) лева без ДДС.

и **ОБЩО ЦЕНА** за трите апарата (*по Обособена позиция №1*) – 42 980.00 (четирдесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.

3. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа ценовите предложения на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и установи, че:

1. Ценовото предложение на *"ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД* - подписано и подпечатано от представляващия участника, е представено съобразно предвидения в документацията за участие образец.

2. Ценовото предложение на *„АМС” ООД* - подписано и подпечатано от представляващия участника, е представено съобразно предвидения в документацията за участие образец.

4. Не е налице основание за извършване на проверка по чл.72 от ЗОП относно предложената цена.

5. Комисията оцени и класира офертите, по обявения критерий: **най-ниска цена**, като Участникът предложил най-ниска цена е класиран на **първо място** (по съответната обособена позиция) :

- *По Обособена позиция № 1 - „Доставка на неонатален апарат за механична белодробна вентилация и 2 броя неонатални инкубатори за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”*  
*Г място: „АМС” ООД — 42 980.00 лева без ДДС.*
- *По Обособена позиция № 2 -“Доставка на автоматизирана система за хемокултури за нуждите на „МБАЛ- Хасково” АД”*  
*Г място: "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД — 32 998.00 лева без ДДС.*

**IV.** В резултат от проведените заседания, Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да сключи договор с участника класиран на първо място ( по съответната обособена позиция).



Настоящия доклад е изготвен на 30.05.2017 г. и заедно с протоколите от работата на комисията и документацията се предават на Възложителя.

Дата на предаване: 30.05.2017 г.

Комисия в съ

Председател:

Д-р Надя Иванова Вачева- Мутафчиева \* .....

Членове:

1. Д-р Лидия Тодорова Узунова- Тодорова \* .....

2. Виолета Бориславова Йоряднова \* .....

Заличена  
информация  
на осн. чл. 2  
от ЗЗЛД

\* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД