

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия назначена със Заповед № 0398 /08.06.2017 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково“ АД”

открита с Решение № 0340/02.05.2017 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 05.05.2017 г., в РОП на 05.05.2017 г.

На 11.07.2017 г. в 10:00 часа, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул.„Съединение“ №49 се събра комисия в състав:

Председател:

Д-р Севдалин Мартинов Топалов – Старши лекар КО – звено Инвазивна кардиология в „МБАЛ-Хасково“ АД

Членове:

- 1.магистър – фармацевт Анета Пеева Захариева – Ръководител в „МБАЛ-Хасково“ АД
- 2.Лиляна Ангелова Делчева – зам. Главен счетоводител в „МБАЛ-Хасково“ АД
- 3.Красимира Руменова Николова – Икономист „Обществени поръчки“ в „МБАЛ-Хасково“ АД
- 4.Виолета Бориславова Йораднова – Юриконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД

Резултати от работата на комисията:

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, съгласно реда на постъпване на офертите:

1.Оферта, подадена от „Мармит Юнайтед“ ЕООД за участие:

- за : Обособена позиция №2– номенклатура № 23,29
- за : Обособена позиция №3– номенклатура № 35,42
- за : Обособена позиция №4– номенклатура № 52,58,59,61
- за : Обособена позиция №5– номенклатура № 74,75,76,78,86,90,91,93,95
- за : Обособена позиция №7– номенклатура № 102
- за : Обособена позиция №8– номенклатура № 103,104,108,109,110,111,112,113,116,117
- за : Обособена позиция №9– номенклатура №132,133

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството), съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.*

➤ *В резултат на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за:*

Обособена позиция №2 – номенклатура № 23,29

Обособена позиция №3 – номенклатура № 35,42

Обособена позиция №4 – номенклатура № 52,58,59,61

Обособена позиция №5 – номенклатура № 74,75,76,78,86,90,91,93,95

Обособена позиция №7 – номенклатура № 102

Обособена позиция №8 – номенклатура № 103,104,108,109,110,111,112,113,116,117

Обособена позиция №9 – номенклатура №132,133

2.Оферта, подадена от „Вега Медикал ” ЕООД за участие:

за : Обособена позиция №2 – номенклатура №5,32

за : Обособена позиция №3 – номенклатура №50

за : Обособена позиция №4 – номенклатура №58,61,68,69,70,73

за : Обособена позиция №5 – номенклатура №78,83,87,90,93,94,95

за : Обособена позиция №7 – номенклатура №101

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от упълномощен представител на представляващия дружеството), и съдържа всички посочени от възложителя документи. От направеното описание в приложените проспекти/ каталози, комисията установи, че участникът е оферирал медицински изделия , които не съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:*

- Обособена позиция №2, номенклатура №5

➤ Предложеният от участника Диагностичен водач е от нераждаема стомана, покрита с тефлон.

- Обособена позиция №2, номенклатура №32

➤ Предложеният от участника РТА водач, не е със спирално PTFE покритие/155-235 см/, съединено посредством "DUO CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire"

• Обособена позиция №3, номенклатура №50

➤ Предложеният от участника Периферен опорен катетър, не е двойно оплетен със стоманени нишки шафт /DBSS-technology. Няма 3 маркера - 1 вграден на 1мм от върха и други 2 щамповани на 40мм и 60мм от първия, а притежава 4 рентгеноконтрастни маркера. Няма покритие -М коут.

• Обособена позиция №4, номенклатура №58

➤ Предложеният от участника РТСА балон не е от Материал: Ultra Slim, и е с Spil-X хидрофилно покритие. Не е с дължина 142 см.

• Обособена позиция №4, номенклатура №61

➤ Предложеният от участника РТСА балон, излъчващ медикамент е: матрицата се състои от 1:1 смес от паклитаксел и шелак, натурална смола.

• Обособена позиция №4, номенклатура №68

➤ Предложеният от участника РТА медикамент излъчващ балон: е с покритие от 1:1 смес от паклитаксел и шелак, натурална смола, а в матрицата не е с Ресвератрол, и не е от материал HDPE.

• Обособена позиция №4, номенклатура №69

➤ Предложеният от участника РТА медикамент излъчващ балон: е с покритие от 1:1 смес от паклитаксел и шелак, натурална смола, а в матрицата не е с Ресвератрол, и не е от материал HDPE.

• Обособена позиция №4, номенклатура №70

➤ Предложеният от участника Балон монтиран стент за периферни артерии: не е с М хидрофилно покритие на шафта.

• Обособена позиция №4, номенклатура №73

➤ Предложеният от участника РТА Балон: е с размери 80см. и 135см., и не е с хидрофилно покритие на дисталната част М Coat.

• Обособена позиция №5, номенклатура №78

➤ Предложеният от участника Медикамент излъчващ стент: медикамента не е Zotarolimus, а е Biolimus.

• Обособена позиция №5, номенклатура №83

➤ Предложенията от участника Периферен стент: не е с дизайн "отворена клетка", с двойно полиран страт, с лазерно споени танталови маркери за прецизно позициониране и с рентгенопозитивни платинени маркери.

• Обособена позиция №5, номенклатура №87

➤ Предложенията от участника Медикамент излъчващ стент: не е с лекарствен агент- Сиролимус, и не е с хидрофилно покритие M-coat II.

• Обособена позиция №5, номенклатура №90

➤ Предложенията от участника Медикамент излъчващ стент: не е Zotarolimus, а е Biolimus.

• Обособена позиция №5, номенклатура №93

➤ Предложенията от участника Медикамент излъчващ стент: не е Zotarolimus, а е Biolimus.

• Обособена позиция №5, номенклатура №94

➤ Предложенията от участника коронарен лекарство излъчващ стент: не е с агент – Сиролимус, а с Biolimus.

• Обособена позиция №5, номенклатура №95

➤ Предложенията от участника Медикамент излъчващ стент не е Zotarolimus, а е Biolimus.

• Обособена позиция №7, номенклатура №101

➤ Предложенията от участника Контралатерални интродюсери са с AQ хидрофилно покритие.

➤ **Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Вега Медикал ” ЕООД, за**

Обособена позиция №2 – номенклатура №5,32

Обособена позиция №3 – номенклатура №50

Обособена позиция №4 – номенклатура №58,61,68,69,70,73

Обособена позиция №5 – номенклатура №78,83,87,90,93,94,95

Обособена позиция №7 – номенклатура №101.

➤ **С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника за:**

Обособена позиция №2 – номенклатура №5,32

Обособена позиция №3 – номенклатура №50

Обособена позиция №4 – номенклатура №58,61,68,69,70,73

Обособена позиция №5 – номенклатура №78,83,87,90,93,94,95
Обособена позиция №7 – номенклатура №101
няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

3.Оферта, подадена от „Булмед 2000„ ЕООД за участие:

- за : Обособена позиция №3– номенклатура №49
- за : Обособена позиция №4– номенклатура №61,68,69
- за : Обособена позиция №5 – номенклатура № 75,83,96
- за : Обособена позиция №8 – номенклатура №
105,106,107,118,119,120,121,122,123,130,131
- за : Обособена позиция №9 – номенклатура №134,136,140

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството) и съдържа всички посочени от възложителя документи. От направеното описание в приложенияте проспекти/ каталози, комисията установи, че участникът е оферирал медицинско изделие , което не съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:*

- Обособена позиция №4, номенклатура №61

➤ Предложеният от участника РТСА балон, излъчващ медикамент: е с профил на върха: 0.016”покритието е с паклитаксел и йопромид.

- Обособена позиция №5, номенклатура №75

➤ Предложеният от участника коронарен стент: не е с материал кобалтова сплав и дизайн – непрекъсната синусоидна.

- Обособена позиция №5, номенклатура №96

➤ Предложеният от участника коронарен стент не е с хидрофилно покритие M-coat II.

➤ *Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Булмед 2000 ” ЕООД за:*

Обособена позиция №4– номенклатура №61

Обособена позиция №5– номенклатура №75,96

➤ *С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено*

за: Обособена позиция №4– номенклатура №61

Обособена позиция №5– номенклатура №75,96

➤ **Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за:** Обособена позиция №3 – номенклатура №49
Обособена позиция №4 – номенклатура №68, 69
Обособена позиция №5 – номенклатура № 83
Обособена позиция №8 – номенклатура № 105, 106, 107, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 130, 131
Обособена позиция №9 – номенклатура №134, 136, 140

В 14:00 часа на 11.07.2017г. Комисията взе решение да продължи своята работа на 18.07.2017г. от 10:00 часа.

На **18.07.2017 г. в 10:00 часа**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул.”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

Председател:

Д-р Севдалин Мартинов Топалов – Старши лекар КО – звено Инвазивна кардиология в „МБАЛ-Хасково” АД

Членове:

- 1.магистър – фармацевт Анета Пеева Захариева – Ръководител в „МБАЛ-Хасково” АД
- 2.Лиляна Ангелова Делчева – зам. Главен счетоводител в „МБАЛ-Хасково” АД
- 3.Красимира Руменова Николова – Икономист „Обществени поръчки” в „МБАЛ-Хасково” АД
- 4.Виолета Бориславова Йораднова – Юриконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на останалите от допуснатите участници:

4.Оферта, подадена от „Екос Медика” ООД за участие:

- за : Обособена позиция №1 – номенклатура №1,2,3
за : Обособена позиция №2 – номенклатура №4,5,27,32
за : Обособена позиция №3 – номенклатура №33,34,36,37,38,39,45,46,47,48,50,51
за : Обособена позиция №4 – номенклатура №53,56,57,62,70,71,72,73
за : Обособена позиция №5 – номенклатура №87,94,96,97
за : Обособена позиция №7 – номенклатура №101
за : Обособена позиция №9 – номенклатура №135,137,138,144

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството) и съдържа всички посочени от възложителя документи. От направеното описание в приложенияте проспекти/ каталози, комисията установи, че участникът е oferiral медицинско изделие , което не съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:*

• **Обособена позиция №4 – номенклатура №72**

➤ Предложените от участника РТА балон е от материл- полиамид и е с диаметър на балона от 2мм. до 8мм.

➤ *Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Екос Медика ” ООД за Обособена позиция №4 – номенклатура №72.*

➤ *С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено за: Обособена позиция №4 –номенклатура №72*

➤ *Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за:*

Обособена позиция №1 – номенклатура №1, 2, 3

Обособена позиция №2 – номенклатура №4, 5, 27, 32

Обособена позиция №3 – номенклатура №33, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51

Обособена позиция №4 – номенклатура №53, 56, 57, 62, 70, 71, 73

Обособена позиция №5 – номенклатура №87, 94, 96, 97

Обособена позиция №7 – номенклатура №101

Обособена позиция №9 – номенклатура №135, 137, 138, 144.

5.Оферта, подадена от „Интерагро - 90” ЕООД за участие:

за : Обособена позиция №8 – номенклатура №112,113,114,115,116,117

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството), съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.*

➤ *В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за : Обособена позиция №8 – номенклатура №112,113,114,115,116,117.*

6. Оферта, подадена от „РСР” ЕООД за участие:

за : Обособена позиция №2 – номенклатура №7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

за : Обособена позиция №3 – номенклатура №39,40,41,43,44

за : Обособена позиция №4 – номенклатура №72

за : Обособена позиция №5 – номенклатура №79,80,81,82,84

за : Обособена позиция №6 – номенклатура №100

за : Обособена позиция №9 – номенклатура №139,141,142,143

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството) и съдържа всички посочени от възложителя документи. От направеното описание в приложените проспекти/ каталози, комисията установи, че участникът е оферирал медицинско изделие , което не съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:*

• Обособена позиция №3, номенклатура №39

➤ Предложеният от участника специален катетар не е с дистално М-coat хидрофилно покритие-40см., и не е екстракционна повърхност .

• Обособена позиция №6, номенклатура №100

➤ Предложеният от участника Y конектор: не е с размер на торкер 0.009-0.018 инча.

➤ *Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „РСР ” ЕООД за*

Обособена позиция №3– номенклатура №39

Обособена позиция №6– номенклатура №100

➤ *С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено за Обособена позиция №3– номенклатура №39*

Обособена позиция №6– номенклатура №100

➤ **Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”**
за: Обособена позиция №2 – номенклатура №7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Обособена позиция №3 – номенклатура №40,41,43,44
Обособена позиция №4 – номенклатура №72
Обособена позиция №5 – номенклатура №79,80,81,82,84
Обособена позиция №9 – номенклатура №139,141,142,143.

7.Оферта, подадена от „Новимед Кардио” ЕООД за участие:

за : Обособена позиция №4– номенклатура №56,66,67,70,73
за : Обособена позиция №5 – номенклатура №75,82,87,89
за : Обособена позиция №6 – номенклатура №99
за : Обособена позиция №9 – номенклатура №133

След разглеждане, комисията установи:

➤ **Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от упълномощен представител на представляващия дружеството), и съдържа всички посочени от възложителя документи. От направеното описание в приложените проспекти/ каталози, комисията установи, че участникът е оферирал медицински изделия , които не съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:**

• **Обособена позиция №4, номенклатура №56**

➤ Предложените от участника РТСА балон: не е с Н-coat хидрофилно покритие, а е от материал найлон по патентована технология.

• **Обособена позиция №4, номенклатура №70**

➤ Предложеният от участника Балон монтиран стент за периферни артерии: е съвместим с 0,035" водач с профил на върха 0,035", не е с дължини -12-18 мм., и не е с М хидрофилно покритие на шафта.

• **Обособена позиция №4, номенклатура №73**

➤ Предложеният от участника РТА Балон : не е с хибридна шафт технология и хидрофилно покритие на дисталната част М Coat-45см., и е със съвместимост на интродюсера 4 F и 5 F.

• **Обособена позиция №5, номенклатура №75**

- Предложените от участника Коронарен стент: е с Ro видимост-умерена.
- Обособена позиция №5, номенклатура №82
- Предложените от участника периферен стент: не е с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките и с рентгенпозитивни GPS танталови маркери в двата края.
- Обособена позиция №5, номенклатура №87
- Предложените от участника медикамент излъчващ стент, не е покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLLA/. Не е с хидрофилно покритие M-coat II , и не е съвместим с бФ водещ катетър при "киссинг" техника.
- Обособена позиция №5, номенклатура №89
- Предложените от участника графт стент, не е с конструкция тип сандвич-материал неръждаема стомана и PTFE, оптимално налягане 15 bar/ATM и не е посочен размер на върха.
- Обособена позиция №6, номенклатура №99 Хемостатична клапа с механизъм чрез натиск с външен диаметър < 0.096
- На предложението от участника Конектор: не е посочен външен диаметър.
- Обособена позиция №9, номенклатура №133
- Предложената от участника Ангиографска инфлаторна спринцовка с манометър: не е с поликарбонатно тяло и ръкохватката е Т-образна.
- ***Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Новимед Кардио” ЕООД за***
Обособена позиция №4– номенклатура №56, 70, 73
Обособена позиция №5 – номенклатура №75, 82, 87, 89
Обособена позиция №6 – номенклатура №99
Обособена позиция №9 – номенклатура №133
- ***С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено за :***
Обособена позиция №4– номенклатура №56, 70, 73
Обособена позиция №5 – номенклатура №75, 82, 87, 89
Обособена позиция №6 – номенклатура №99

Обособена позиция №9 – номенклатура №133

➤ *Комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за: Обособена позиция №4 – номенклатура №66,67*

8. Оферта, подадена от „Медимаг” ЕООД за участие:

за : Обособена позиция №2 – номенклатура №6,19,20,21,22,24,25,26

за : Обособена позиция №4 – номенклатура №54,55,60

за : Обособена позиция №5 – номенклатура №77,85,88,89,92

за : Обособена позиция №6 – номенклатура №98,99,100

След разглеждане, комисията установи:

➤ *Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие (подписано и подпечатано от представляващия дружеството), съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.*

➤ *В резултата на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” за :*

Обособена позиция №2 – номенклатура №6,19,20,21,22,24,25,26

Обособена позиция №4 – номенклатура №54,55,60

Обособена позиция №5 – номенклатура №77,85,88,89,92

Обособена позиция №6 – номенклатура №98,99,100.

Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще се публикува в профила на купувача на „МБАЛ–Хасково” АД при спазване на срока по чл.57, ал.3 от ППЗОП. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 27.07.2017г. Копие от него ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на „МБАЛ-Хасково” АД на адрес: <http://mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=416>

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисия в състав:

Председател: Д-р Севдалин Мартинов Топалов *

Членове:

1. Анета Пеева Захаријева *

2. Лиляна Ангелова Делчева *

3. Красимира Руменова Николова *

4. Виолета Бориславова Йораднова *

Заличена
информация на
осн. чл. 2 от ЗЗЛД

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД