

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия назначена със Заповед № 0484 / 19.07.2018 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД”

на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение за откриване на процедура № 0427 / 13.06.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 13.06.2018 г., в РОП на 15.06.2018 г.

На **13.08.2018 г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ- Хасково“ АД, находяща се на бул.„Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

Председател:

Славея Георгиева Славова – Главна медицинска сестра в „МБАЛ-Хасково“ АД

Членове:

1. Виолета Бориславова Йорданова – юристконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД
- 2.Красимира Руменова Николова – икономист „Обществени поръчки“ в „МБАЛ- Хасково“ АД

Резултати от работата на комисията:

I. В указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от участника, както следва:

1. Допълнително постъпили документи от **„БУЛТЕХНОМЕД“ ООД** с вх. № 110/ 30.07.2018г. - 09:30 часа

Комисията пристъпи към изпълнение на възложената си работа на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, и разгледа допълнително представените и документи от участника, изискани в Протокол №1 /25.07.2018 г. с оглед установяване на съответствие на офертата на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

От участника от „БУЛТЕХНОМЕД” ООД в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 3, подписана само от Янко Борисов Бизов.
- Декларация за липса на свързаност с друг участник (по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП) - Образец № 7, подписана само от Янко Борисов Бизов.
- На магнитен носител – CD е предоставена нова страница от еЕЕДОП, в която участника е попълнил: Част VI: Заключителни положения, подписана и подпечатана от двамата управители.

Комисията разгледа представените документи, изискани с Протокол №1 /25.07.2018 г. от заседание на комисията и констатира следното:

Участникът „БУЛТЕХНОМЕД” ООД е представил всички необходими документи, доказващи съответствието на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

- Въз основа на проверката за съответствие на участника с критериите за подбор, Комисията реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката .

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците, съгласно реда на постъпване на офертите:

1). “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

След разглеждане, комисията установи:

Техническото предложение е изготвено по образец от документацията, подписано и подпечатано от Галина Ценова - пълномощник на "Медицинска техника инженеринг" ООД.

Участникът е декларирал, че настоящето предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата определена, като краен срок за получаване на оферти че приема изцяло изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

- Предлагащото мед. оборудване - 4 броя миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия е
марка: **SMEG**, модел: **WD4060**, производител: **SMEG - Италия**
- Предложеното оборудване е фабрично ново, произведено 2018г., не е било демонстрационно и не е рециклирано и не е демо оборудване.
- Предлаганият от участника срок на доставка е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

- Срока за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване е до 5 (пет) дни, след доставката.
- Предлагащият гаранционен срок е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане на оборудването в експлоатация, като участника се задължава в рамките на гаранционния срок да осигури на Възложителя гаранционно обслужване.
- Участника приема да предостави необходимото обучение на персонала на Възложителя.

Към Техническото предложение са приложени следните документи:

- Пълна и изчерпателна техническа документация.
- **Таблица за съответствие** (Приложение № 2) на оферираният оборудване с техническите параметри, на хартиен и оптичен носител (CD).

В Таблица за съответствие участникът е оферирал апарат, който изцяло съответства на заложените в Техническата спецификация от Възложителя, технически параметри и характеристики.

- **В резултат на което, комисията допуска участника "Медицинска техника инженеринг" ООД до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.**

2). „БУЛТЕХНОМЕД” ООД

След разглеждане, комисията установи:

Техническото предложение е изготвено по образец от документацията, подписано и подпечатано от Петко Бизов - управител на "Бултехномед" ООД.

Участникът е декларирал, че настоящето предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата определена, като краен срок за получаване на оферти че приема изцяло изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

- Предлагащото медицинско оборудване - 4 броя миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия е марка: **TUTTNAUER**, модел: **TIVA 500 C**, производител: **STEELCO S.P.A**
- Предложеното оборудване е фабрично ново, произведено 2018г., не е било демонстрационно не е рециклирано и не е демо оборудване.
- Предлагащият от участника срок на доставка е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
- Срока за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация на медицинското оборудване е 5 (пет) дни, след доставката.

- Предлаганият гаранционен срок е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждане на оборудването в експлоатация, като участника се задължава в рамките на гаранционния срок да осигури на Възложителя гаранционно обслужване.
- Участника приема да предостави необходимото обучение на персонала на Възложителя.

Към Техническото предложение са приложени следните документи:

- Пълна и изчерпателна техническа документация.
- **Таблица за съответствие** (Приложение № 2) на оферираното оборудване с техническите параметри, на хартиен и оптичен носител (CD).

➤ В **Таблицата за съответствие** - Технически изисквания към миялно-дезинфекционно изсушаващите машини, участникът „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД е оферирал 4 броя миялно-дезинфекционно изсушаващи машини - Tuttnauer Tiva 500С, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:

1. относно №8 - Вътрешни работни размери на камерата (ДхШхВ) в мм.: минимум 500х450х550 мм.

- Участника предлага размери на камерата - 540х500х540 мм.

Предвид горепосоченото е налице несъответствие в размерите между заложените от Възложителя вътрешни работни размери на камерата (ДхШхВ) в мм.: минимум 500х450х550 мм. в Техническата спецификация и направеното от участника предложение – за размери на камерата 540х500х540 мм.

2. относно №13 - Вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото

- Участника предлага две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата).

След разглеждане на приложените брошури и техническа документация в офертата на „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД, както и предвид горепосоченото предложение от участника в Техническата спецификация - две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата), налице е несъответствие с изискването на Възложителя, а именно: да е вградената перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото.

3. относно №14 - Вградена перисталтична помпа за неутрализатор на киселинна основа и сензор за нивото

- Участника предлага две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата)

След разглеждане на приложените брошури и техническа документация, както и предвид горепосоченото предложение от участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД в Техническата спецификация - две дозираци помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата), налице е несъответствие с изискването на Възложителя, относно вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото.

4.относно №15 - Възможност за инсталиране на минимум една допълнителна перисталтична помпа

- Участника предлага -с Опции: 3-та и 4-та дозираци помпи за химикали.

Налице е несъответствие с изискването на Възложителя относно: възможност за инсталиране на минимум една допълнителна перисталтична помпа (посочено в Техническата спецификация) и предложение на участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД, а именно: 3-та и 4-та дозираци помпи за химикали.

5.относно №20 - Минимум 8 броя стандартни DIN кошници, материал неръждаема стоманелена мрежа с оплетка до 5x5 мм.

- Участника предлага мрежеста кошница с оплетка 5x5 мм.

Участника е приложил в офертата си брошура на аксесоарите на български и английски език.

В копието на български език: *мрежестата кошница е с номер 45 и са посочени размери на оплетката 5x5 мм.*

В копието на английски език: *мрежестата кошница е с номер C45 и са посочени размери на оплетката 5x5 мм.*

След направена справка на интернет адрес на брошурата за аксесоари:

[https://www.ump.ag/fileadmin/tuttbauer-schweiz/dokumente/geraete/Thermodesinfektoren Tiva 500.pdf](https://www.ump.ag/fileadmin/tuttbauer-schweiz/dokumente/geraete/Thermodesinfektoren_Tiva_500.pdf)

Комисията констатира следното: *под номер C45 се съдържа следната информация – мрежеста кошница с размери на оплетката 10x10 мм., или налице е несъответствие с изискването за размери на Възложителя относно: минимум 8 броя стандартни DIN кошници, материал неръждаема стоманелена мрежа с оплетка до 5x5 мм.*

- *Въз основа на горното, офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД.*
- *С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД няма да бъде отворено, разгледано и оценено.*

III. Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения ще се публикува в профила на купувача на „МБАЛ-Хасково“ АД при спазване на срока по чл.57, ал.3 от ППЗОП. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 13.08.2018 г., копие от него ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на „МБАЛ-Хасково“ АД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисия в състав:

Председател:

Славя Георгиева Славова *.....

Членове:

1.Виолета Бориславова Йорданова *

2.Красимира Руменова Николова *

Заличена
информация
на осн.
чл. 2 ЗЗЛД

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД