

РЕШЕНИЕ

№ 0548 /27.08.2018г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.22, ал.1,т.6 от ЗОП и отразени резултати в:

1. Протокол №1/25.07.2018г.
2. Протокол №2/13.08.2018г.
3. Протокол №3/17.08.2018г.
4. Утвърден Доклад (по чл.103, ал.3 от ЗОП) на 22.08.2018г.

от дейността на комисия назначена със Заповед № 0484/19.07.2018 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково” АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”,* открита с Решение № 0427/13.06.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 13.06.2018 г., в РОП на 15.06.2018 г.

РЕШИХ:

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”,* въз основа на зададения критерий - *“най-ниска цена”,* а именно:

I – ВО МЯСТО: “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

II. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНОТО ОТ КОМИСИЯТА КЛАСИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯМ:

Участникът **“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** – със седалище и адрес на управление: гр.София 1750, район Младост, жк.“Младост” 1, бл.28Б, ЕИК 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова - Управител,

за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”.

III. С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК

“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - да бъде сключен писмен договор за: „Доставка на миялно-дезинфекционно изсушаващи машини за хирургичен инструментариум и медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”.

IV. ОТСТРАНЯВАМ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

УЧАСТНИКА “БУЛТЕХНОМЕД” ООД – със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4000, район Централен, ул.“Богомил” №91, ЕИК 115863679, представлявано от Петко Борисов Бизов и Янко Борисов Бизов – Управители, начин на представляване- заедно и поотделно,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.107, Т.2, БУКВА „А” ОТ ЗОП

Мотиви за отстраняване: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

В приложената от участника Таблицата за съответствие - *Технически изисквания към миялно-дезинфекционно изсушаващите машини* (на хартиен и оптичен носител) към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, е попълнена съгласно изискванията на Възложителя, подписана и подпечатана от Петко Бизов - Управител на "Бултехномед" ООД,

в Таблицата за съответствие, участникът „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД е oferiral 4 броя миялно-дезинфекционно изсушаващи машини - Tuttnauer Tiva 500С, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:

1. относно №8 - Вътрешни работни размери на камерата (ДхШхВ) в мм.: минимум 500x450x550 мм.

- Участника предлага размери на камерата - 540x500x540 мм.

Предвид горепосоченото е налице несъответствие в размерите между заложените от Възложителя вътрешни работни размери на камерата (ДхШхВ) в мм.: минимум 500х450х550 мм. в Техническата спецификация и направеното от участника предложение – за размери на камерата 540х500х540 мм.

2.относно №13 - Вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото

- Участника предлага две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата).

След разглеждане на приложените брошури и техническа документация в офертата на „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД, както и предвид горепосоченото предложение от участника в Техническата спецификация - две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата), налице е несъответствие с изискването на Възложителя, а именно: да е вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото.

3.относно №14 - Вградена перисталтична помпа за неутрализатор на киселинна основа и сензор за нивото

- Участника предлага две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата)

След разглеждане на приложените брошури и техническа документация, както и предвид горепосоченото предложение от участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД в Техническата спецификация - две дозиращи помпи за химикали с възможност за регулиране на разхода на препарата (контрол на нивата), налице е несъответствие с изискването на Възложителя, относно вградена перисталтична помпа за алкален препарат за миене и сензор за нивото.

4.относно №15 - Възможност за инсталиране на минимум една допълнителна перисталтична помпа

- Участника предлага - с Опции: 3-та и 4-та дозиращи помпи за химикали.

Налице е несъответствие с изискването на Възложителя относно: възможност за инсталиране на минимум една допълнителна перисталтична помпа (посочено в Техническата спецификация) и предложение на участника „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД, а именно: 3-та и 4-та дозиращи помпи за химикали.

5.относно №20 - Минимум 8 броя стандартни DIN кошници, материал неръждаема стоманелена мрежа с оплетка до 5х5 мм.

- Участника е изписал, че предлага мрежеста кошница с оплетка 5x5 mm.

Участника е приложил в офертата си брошура на аксесоарите на български и английски език. В копието на бълг. ез.: мрежестата кошница е с номер 45 и са посочени размери на оплетката 5x5 mm. В копието на англ. език: мрежестата кошница е с номер C45 и са посочени размери на оплетката 5x5 mm.

След направена справка на интернет адрес на брошурата за аксесоари: https://www.ump.ag/fileadmin/tuttnauer-schweiz/dokumente/geraete/Thermodesinfektoren_Tiva_500.pdf

➤ под номер C45 се съдържа следната информация – мрежеста кошница с размери на оплетката 10x10 mm., или налице е несъответствие с изискването за размери на Възложителя относно: минимум 8 броя стандартни DIN кошници, материал неръждаема стомана- телена мрежа с оплетка до 5x5 mm.

И. На основание чл.42, ал.2, т.1 и от ЗОП и в сроковете, посочени в чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да се публикува в „Профил на купувача” на „МБАЛ-Хасково” АД на интернет адрес: <http://mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&id=544> и при условията на чл.43 от ЗОП да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.

ИИ. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на глава 27-ма „Производство по обжалване”, раздел I и при условията на чл.196 от ЗОП и сроковете, посочени в чл.197 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Д-Р ГЕОРГИ НИКОЛОВ

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Хасково” АД

