

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Д-р Георги Николов Гелов

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Хасково“ АД



Дата на утвърждаване:.....

03.01.2019г.

ДОКЛАД

от работата на комисия назначена със Заповед № 0726 / 13.12.2018 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „МБАЛ - Хасково“ АД с две обособени позиции”

- *Обособена позиция №1 – „Доставка на апарати за хемодиализа”*
- *Обособена позиция №2 – „Доставка на водоочистваща система с обратна осмоза”*

на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и във връзка с Решение за откриване на процедура № 0667 / 07.11.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС на 07.11.2018 г., в РОП на 12.11.2018 г.

Във връзка с настоящата процедура, от Комисия назначена Заповед № 0726 / 13.12.2018 г. бяха проведени три заседания в състав:

Председател:

д-р Владимир Илиев Попилиев – Началник отделение по хемодиализа в „МБАЛ-Хасково” АД

Членове:

1. Красимира Руменова Николова – икономист „Обществени поръчки” в „МБАЛ-Хасково” АД

2. Виолета Бориславова Йорданова – юриконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ :

I. Комисията се събра на Първо заседание на **13.12.2018 г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ–Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49.

1. В срок има постъпили 2 (две) оферти:

1. **Оферта с вх. № 166/12.12.2018 г. – 09:30 часа на „Марвена Диагностика” ЕООД** – с адрес за кореспонденция: гр. София 1799, жк. Младост 2, ул. “Свети Киприян” 44, тел.: 02/ 974 89 44 и факс: 02/ 974 89 40; e-mail: tenders@marvena-dx.com

2. **Оферта с вх. № 167/12.12.2018 г. – 13:30 часа на ЕТ „Янка Янкова Георгиева”** – с адрес за кореспонденция: гр. София 1431, бул. ”Акад. Иван Гешов” №15, (сграда МАИМЕКС, партер), тел.: 02/ 8524943, 0888/806167 и факс: 02 8524943, e-mail: office@hdc.bg

2. Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

4. Отварянето на получените оферти се извърши публично и по реда на тяхното постъпване, а именно:

1.ОФЕРТА С ВХ. № 166/12.12.2018 Г. – 09:30 ЧАСА НА „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД

Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „*Предлагани ценови параметри*”.

- за Обособена позиция №1

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „*Предлагани ценови параметри*”.

2.ОФЕРТА С ВХ. № 167/12.12.2018 Г. – 13:30 ЧАСА НА ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”

Участникът е представил оферта за Обособена позиция №1 и №2 в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя, съдържаща документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделени запечатани непрозрачни плика с надпис „*Предлагани ценови параметри*” за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

- за Обособена позиция №1

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

➤ за Обособена позиция №2

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

5. На закрито заседание, комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП в офертите на участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и в резултат на което установи следното:

➤ 1. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД

– със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, ул. „Свети Киприян“ 44, ЕИК 200600292, представлявано от Надя Евстатиева Драгоева - Управител,

е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

➤ *Комисията допуска офертата на участника до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката.*

➤ 2. ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”

– със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 17 А, ет.1, ап.2, ЕИК 831913939, представлявано от Янка Янкова Георгиева – Физическо лице-търговец,

е представил всички документи, като същите отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

➤ *Комисията допуска офертата на участника до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 .*

II. Комисията се събра на Второ заседание на **18.12.2018 г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49 .

1. На закритото заседание присъстваха всички членове на комисията.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници (по реда на постъпване на офертите) в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с горещитирания предмет, в

съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и установи:

1. „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД – със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, ул. „Свети Киприян“ 44, ЕИК 200600292, представлявано от Надя Евстатиева Драгоева - Управител,

➤ *за Обособена позиция №1*

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи следните непълноти и нередности:

1. В Таблица за съответствие участникът е оферирал апарати за хемодиализа (марка АК 98), които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

- **Относно №8**

Индивидуално програмируеми в неограничен брой комбинации профили за проводимост (обща), бикарбонатна проводимост, диализатен поток, температура на диализатния поток, ултрафилтрация и хепарин – от приложения каталог на производителя е видно, че апаратът има възможност за профилиране само за следните параметри: *Na, HCO₃, UF*;

- **Относно №10**

Регулиране на скоростта на диализатния поток от 300 до 800 мл/мин. с индивидуални стъпки от 1 мл.

Установено е следното несъответствие - от приложения в офертата каталог на производителя е видно, че дебитът на диализния флуид е **300-700 мл/мин със стъпка 20 мл/мин**. Същевременно в приложеното в офертата ксерокопие на ръководство (инструкции) на оператора е посочена противоречаща информация – дебит на поток на диализната течност 300-800 мл/мин;

- **Относно №11**

Регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин

Установено е следното несъответствие - от приложения в офертата на участника каталог на производителя е видно, че дебитът на кръвната помпа е **20-500 мл/мин**. Същевременно в приложеното в офертата ксерокопие на ръководство (инструкции) на оператора е посочена противоречаща информация – дебит на кръвна помпа **20-600 мл/мин**;

- **Относно №14**

Измерване на хидравлично налягане преди входа на диализатора - в приложения каталог на производителя няма информация относно оферирания апарат да притежава възможност за измерване на хидравлично налягане **преди входа на диализатора**;

- **Относно №20**

Система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запаметява данните за последните минимум 50 терапии) - в приложения каталог на производителя няма информация, офериращия апарат да притежава система за съхранение на информацията за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение, която да има възможност за запаметяване данните за последните минимум 50 терапии;

- Относно №25

Вентил за проби - в приложения каталог в офертата за кръвни линии няма информация, че апаратът притежава вентил за проби;

2. В попълнената Таблица за съответствие, участникът е заявил, че прилага Декларация от производител, като същевременно е приложил декларация от фирма „Бакстер България“ ЕООД, а не от производителя Baxter GmbH/ Gambro.

➤ В резултат на което, Комисията не приема така представената декларация за документ, удостоверяващ съответствието на предложената медицинска апаратура с изискваните технически параметри и характеристики, посочени в документацията за участие в процедурата.

3. Относно оторизационното писмо издадено на името на участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД от „Бакстер България“ ЕООД.

Възложителя е посочил в документацията, в раздел VI.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,

че когато участникът не е производител на предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България. Участникът представя в оригинал или заверено копие Оторизационно писмо, издадено на негово име, от производителя на офериращия продукт, в случай, че е на чужд език следва да се представи в превод. В него задължително да бъдат упоменати конкретните медицински изделия, за които участникът е оторизиран.

➤ В Техническото предложение от офертата участника е посочено, че производител на апарата AK98 е Baxter GmbH/ Gambro. Приложено е оторизационно писмо издадено от „Бакстер България“ ЕООД, но няма приложен нито един документ, удостоверяващ че „Бакстер България“ ЕООД е упълномощен представител на производителя със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България. В резултат на което, комисията не приема така представеното оторизационно писмо.

➤ Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №1 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Марвена Диагностика“ ЕООД.

2. ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” – със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец”, бул. „Цар Освободител” № 17 А, ет.1, ап.2, ЕИК 831913939, представлявано от Янка Янкова Георгиева – Физическо лице-търговец,

➤ за Обособена позиция №1

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи:

Предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, е подписано и подпечатано от Янка Янкова Георгиева.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника ЕТ „Янка Янкова Георгиева” за Обособена позиция №1 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.

➤ за Обособена позиция №2

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи:

Предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, е подписано и подпечатано от Янка Янкова Георгиева.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника ЕТ „Янка Янкова Георгиева” за Обособена позиция №2 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.

III. Комисията се събра на трето заседание на **21.12.2018 г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49.

1. На публичното заседание на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. Комисията отвори плик с надпис „**Предлагани ценови параметри**” от офертата на допуснатия участник ЕТ „**ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА**”

➤ **За Обособена позиция №1** - При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията оповести предложената от участника цена за 5 броя апарати за хемодиализа DIALOG+, а именно:

96 850,00 лв. (деветдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева) БЕЗ ДДС,

и 116 220,00 лв. (сто и шестнадесет хиляди двеста и двадесет лева) С ДДС.

➤ **За Обособена позиция №2** - При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” председателят на комисията оповести предложената от участника цена за 1 брой система за очистване на водата с обратна осмоза MODULA I, а именно :

18 990,00 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) БЕЗ ДДС,

и 22 788,00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин осемдесет и осем лева) С ДДС.

3. Съгласно чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ЕООД за Обособена позиция №1 няма да бъде отворено.

4. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа ценовото предложение (за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2) на участника ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” за съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и установи:

➤ **Обособена позиция №1** Ценовото предложение на ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” – представено съобразно предвидения в документацията за участие образец, подпечатано и подписано от представляващия ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”.

➤ **Обособена позиция №2** Ценовото предложение на ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” – представено съобразно предвидения в документацията за участие образец, подпечатано и подписано от представляващия ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”.

5. Не е налице основание за извършване на проверка по чл.72 от ЗОП относно предложените цени.

6. В обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „МБАЛ - Хасково” АД с две обособени позиции**”, Комисията оцени и класира офертите по обявения критерий: „**най-ниска цена**”, като участникът предложил „най-ниска цена” е класиран на първо място:

• За Обособена позиция №1 – „Доставка на апарати за хемодиализа”
I– ВО МЯСТО: ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”- 96 850, 00 лв. (деветдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева) БЕЗ ДДС.

• За Обособена позиция №2 – „Доставка на водоочистваща система с обратна осмоза”
I– ВО МЯСТО: ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА”- 18 990, 00 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) БЕЗ ДДС.

IV. В резултат от проведените заседания, Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място (за съответната обособена позиция) участник, а именно:

ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА” – със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район „Средец”, бул. „Цар Освободител” № 17 А, ет.1, ап.2, ЕИК 831913939, представлявано от Янка Янкова Георгиева – Физическо лице-търговец,

С извършване на гореописаните действия комисията приключи своята работа.

Настоящия доклад е изготвен на 03.01.2019 г. и заедно с протоколите от работата на комисията и документацията се предават на Възложителя.

Дата на предаване: 03.01.2019г.

Комисия в състав:

Председател:

д-р Владимир Илиев Попилиев * 

Членове:

1. Красимира Руменова Николова * 

2. Виолета Бориславова Йорданова * ... 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД