



BD-11-00935
5
20.02

РАЗЯСНЕНИЕ

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпили запитвания в „МБАЛ-Хасково“ АД за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория при МБАЛ-Хасково АД” с десет обособени позиции, открита с Решение № 0129/20.01.2015 г., на основание чл. 29, ал. 2 във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОП, правим следните разяснения по поставените въпроси.

Въпроси:

1. В техническата спецификация за обособена позиция № 3 Реактиви консумати за биохимичен анализатор Mindray BS-300, обособена позиция № 4 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BS-200E и обособена позиция № 5 Реактиви за мануална работа като Единица мярка за част от реактивите и контролите е посочена опаковка. Моля уточнете количеството на реактивите в една опаковка и дали в ценовата оферта за тези подпозиции в колана „Цена за единица мярка“ трябва да се подаде цена за опаковка или за мл.
2. В техническата спецификация за обособена позиция № 3 Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор Mindray BS-300 има подпозиция Кювети за BS-300E и Единица мярка брой. Моля уточнете дали трябва да се подаде цена за 1 брой кювета или 1 брой сегмент от 10 кювети.
3. В критериите за оценка на офертите се посочва изчисление на базата на СБОРНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОДПОЗИЦИЯ. Коя сума трябва да се запше в Ценовото предложение като Общо цена за обособената позиция – Сумата от Общата стойност в лева за всички подпозиции или сумата от цените за единица мярка на всички подпозиции.
4. Имайки предвид, че потреблението на Biosen С дезинфекциращ разтвор и Biosen С депротеинизиращ разтвор /номенклатурни редове 2 и 3 за въпросната обособена позиция/ е в микролитри за период от една година, допустимо ли е Участниците по въпросната обособена позиция да се придържат към мярна единица „брой“ вместо обявената от Възложителя „милилитър“?

Отговори на въпроси:

- 1.1. В обособена позиция № 3 „**Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300**“:
 - за подпозиция Гликиран хемоглобин директен метод *Единицата мярка е мл., а количеството е 3000;*
 - за подпозиция Гликиран хемоглобин контрола *Единицата мярка е мл., а количеството е 360;*
 - за подпозиция Гликиран хемоглобин калибратор *Единицата мярка е мл., а количеството е 300;*

- за подпозиция D-Dimer – имунотурбидиметричен метод Единицата мярка е мл., а количеството е 1500;
- за подпозиция D-Dimer – контрола Единицата мярка е мл., а количеството е 300;
- за подпозиция D-Dimer – калибратор Единицата мярка е мл., а количеството е 300;
- за подпозиция CRP – имунотурбидиметричен метод Единицата мярка е мл., а количеството е 2000;
- за подпозиция CRP – контрола Единицата мярка е мл., а количеството е 200;
- за подпозиция CRP – калибратор Единицата мярка е мл., а количеството е 200.

1.2. В обособена позиция № 4 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-200E“:

- за подпозиция Ревматоиден фактор Единицата мярка е мл., а количеството е 600;
- за подпозиция Контрола за ревматоиден фактор Единицата мярка е мл., а количеството е 40;
- за подпозиция Калибратор за ревматоиден фактор Единицата мярка е мл., а количеството е 40;
- за подпозиция AST Единицата мярка е мл., а количеството е 600;
- за подпозиция Контрола за AST Единицата мярка е мл., а количеството е 40;
- за подпозиция Калибратор за AST Единицата мярка е мл., а количеството е 40.

1.3. В обособена позиция № 5 „Реактиви за мануална работа“:

- за подпозиция CRP-латекс Единицата мярка е мл., а количеството е 540;
- за подпозиция D-dimer латекс Единицата мярка е мл., а количеството е 300.

1.4. В Ценовите предложения за обособени позиции №№ 3,4 и 5, за горепосочените подпозиции, в колона „Цена за единица мярка без ДДС“ трябва да се попълни цена за мл.

2. В обособена позиция № 3 „Реактиви и консумативи необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300“ за подпозиция Кювети за BS-300E трябва да се посочи цена за 1 брой сегмент от 10 кювети.

3. В Ценовите предложения за всички обособени позиции като Обща цена за обособената позиция се записва сумата от колана Обща стойност в лева без ДДС.

4. В номенклатурни редове 2 и 3 от Техническата спецификация и Ценовото предложение за обособена позиция № 2 „Реактиви и консумативи необходими за работата на глюкоанализатор, модел Biosen C line – затворена система“, Възложителят ясно е посочил, че участниците трябва да се придържат към Единица мярка „милилитър“

Възложител.....

Изв. Директор д-р Славчо Сотиров Близнаков/

