

## ПРОТОКОЛ № 6

от дейността на комисия назначена със Заповед № 0291 /09.04.2019 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

***„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД”***

с Решение за откриване на процедура № 0238 / 28.02.2019г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 28.02.2019г., в РОП на 04.03.2019г., и Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 0258 / 13.03.2019г. публикувано в РОП на 15.03.2019г.

На **10.09.2019г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул. ”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

### Председател:

Д-р Иван Тодоров Иванов – Зам. Директор „Лечебна дейност” в „МБАЛ - Хасково” АД

### Членове:

1. Славей Георгиева Славова – Главна медицинска сестра в „МБАЛ-Хасково” АД
2. магистър - фармацевт Анета Пеева Захариева – Ръководител болнична аптеката в „МБАЛ-Хасково” АД
3. Красимира Руменова Николова – Икономист „Обществени поръчки” в „МБАЛ-Хасково” АД;
4. Виолета Бориславова Йорданова – Юрисконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД

### Резултати от работата на комисията:

#### **I.**

На заседанието на комисията на 09.09.2019 г., на което се проведе публичният жребий на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на участниците, не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията проведе публичния жребий, по предварително обявеният регламент и класира участниците за Обособена позиция №15: „Доставка на други медицински изделия”, номенклатура №66 (Спайк, двустранен за трансфериране) както следва: на 1-во място - „МТИ“ ООД и на 2-ро място - „РСР“ ЕООД.

## II.

Комисията окончателно оцени и класира офертите, по обявения критерий: „най-ниска цена”, като участникът предложил най-ниска цена е класиран на **първо място** за съответната обособена позиция или номенклатурна единица.

Класирането е подробно описано в Таблица №1 (класиране), неразделна част от настоящия протокол.

## III.

Комисията предлага на Възложителя за **отстраняване** от процедурата, следните участници:

### 1. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД

*До изтичане на крайния срок за получаване на допълнителни документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП, за отстраняване на установените несъответствия, отразени в Протокол №1/20.05.2019г. от работата на комисията ( а именно: в представеният от участника еЕЕДОП в част IV “КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР”, Комисията установи непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участника е декларирал опит за изпълнение на поръчката, като информацията относно изпълнени договори с обем и предмет на доставките не съответства на изискванията на възложителя) от участника не са получени такива.*

Въз основа на горното и на основание чл.54, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗОП и чл.107, т.2, буква „а”, във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя участника „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

### 2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

*2.1. Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №1 (номенклатура №1), Обособена позиция №4 и №15(номенклатура № 26,27,28). В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:*

- *относно Обособена позиция №1,номенклатура№1.1-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 16 мм.*
- *относно Обособена позиция №1,номенклатура№1.3-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 16 мм.*
- *относно Обособена позиция №1,номенклатура№1.5-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 24 мм.*
- *относно Обособена позиция №1,номенклатура№1.6-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 24 мм.*
- *относно Обособена позиция №4 - в документацията за участие, раздел VI. Специфични изисквания към изпълнението на поръчката, възложителя е посочил:т.6.2. Предоставянето на мостри е задължително. При непредоставяне на мостра, участникът се отстранява от участие по съответната номенклатура/ или обособена*

позиция. Участника не е предоставил моистри за номенклатура №36 и №37 от Обособена позиция №4.

- относно Обособена позиция №15, номенклатура №26- в приложеното в офертата копие на страница от каталог на производителя, никъде не е посочена информация относно обема на предлагания контейнер.
- относно Обособена позиция №15, номенклатура №27- в приложеното в офертата копие на страница от каталог на производителя, никъде не е посочена информация относно обема на предлагания контейнер.
- относно Обособена позиция №15, номенклатура №28- в приложеното в офертата копие на страница от каталог на производителя, никъде не е посочена информация относно обема на предлагания контейнер.

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №1 (номенклатура №1), Обособена позиция №4 и №15 (номенклатура №26,27,28) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

2.2. Ценовото предложение на участникът „Медицинска Техника Инженеринг“ ЕООД за номенклатура №41 е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, но в постъпилата в срок писмена обосновка вх.№108/14.08.2019г., участника не потвърждава коректността на предложената цена и посочва, че е допусната техническа грешка и са разменени цифрите в колони „Цена без ДДС за единица мярка (бр. оп., м., кг., л.)“ и „Количество опаковка“, така вместо 126,00 лева е подадена цена 1,00 лева.

В резултат на което, комисията реши: на основание чл.107 т.3, предложение второ от ЗОП, предлага участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да бъде отстранен от процедурата за номенклатури № 41 от Обособена позиция №15.

### 3. „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД

Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №15 (номенклатура №81,82,83). В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

- относно Обособена позиция №15, номенклатура №81 - участника предлага: дихателна тръба, като никъде не е описано, че е от 100 % силикон, че е с дължина от 19 mm, и че е с размер I.D. 110 cm.
- относно Обособена позиция №15, номенклатура №82 - участника предлага: дихателна тръба, като никъде не е описано, че е от 100 % силикон, че е с дължина от 19 mm, и че е с размер I.D. 60 cm,
- относно Обособена позиция №15, номенклатура №83 - участника предлага: адаптор за азотен окис, като никъде не е описано, че е Y прав конектор, че е въртящ, че е с размер 22 OD, че е с допълнителен луер лок наконечник, че е автоклавируем, от PSU.

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №15 (номенклатура № 81,82,83) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „СЪРДЖИМЕД“ ЕООД.

#### 4. „АКВАХИМ“ АД

След разглеждане на техническото предложение за Обособена позиция №20, за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, комисията установи следните несъответствия: в Таблица за съответствие участникът е оферирал медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

- относно Обособена позиция №20, номенклатура №32- участника предлага: еднократни контейнери с фотополимерен надпис " 10% Формалин", 120 мл.
- относно Обособена позиция №20, номенклатура №40- участника предлага: модулна система за блокчета с капацитете 3250 блокчета.
- относно Обособена позиция №20, номенклатура №41- участника предлага: модулна система за стъкла с капацитете 12 500 стъкала.

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №20 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „АКВАХИМ“ АД.

#### 5. „ХИМТЕКС“ ООД

Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №13 и №20. В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

- относно Обособена позиция №13, номенклатура №1- участника предлага вакумна епруветка затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, с обем 4мл.
- относно Обособена позиция №13, номенклатура №8- участника предлага игли за затворена система за вземане на кръв с камера за визуализация на попадането на иглата във вената с размер 21G и 22G.
- относно Обособена позиция №13, номенклатура №12- участника предлага адаптер за вземане на кръв.
- относно Обособена позиция №13, номенклатура №14- участника предлага бъртерфлайки за затворена система за вземане на венозна кръв 21G, които обаче не са обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията.
- относно Обособена позиция №13, номенклатура №15- участника предлага епруветка с Trombin + Gel, 5 мл.

- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№22 -участника предлага форма за отливане на парафин 24/24/5мм, с количество 10 бр./оп.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№23 - участника предлага форма за отливане на парафин 24/24/12мм, с количество 10 бр./оп.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№24 - участника предлага форма за отливане на парафин 7/7/5мм, с количество 10 бр./оп.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№27 -участника предлага биопсични касети с  $\varnothing$  0.76 мм.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№28 -участника предлага биопсични касети с  $\varnothing$  0.76 мм.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№32- участника предлага: контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 120 мл.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура№37 – участника предлага: контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис " 10% Формалин", 4,5 мл.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура № 40- участника предлага: модулна система за блокчета с капацитете 910 блокчета.*
- *относно Обособена позиция №20, номенклатура № 41- участника предлага: модулна система за стъкла с капацитете 5600 стъкала.*

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №13 и №20 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ХИМТЕКС“ ООД.

#### **6. „АГАРТА-ЦМ” ЕООД**

*Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №15(номенклатура № 14,61,62). В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:*

- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №14- участника предлага 3-пътен спирателен кран, липидо-устойчив. Установено е следното несъответствие, не притежава: ясно тактилно преизраждане на ръкохватката на всеки 45 градуса завъртане; не притежава свободно въртене на 360 градуса на корпуса на кранчето след прикрепването му и че не е устойчиво на налягане до 7 bar.*
- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №61 -участника предлага гривна с етикет за надписване, но никъде в приложеното копие на страница от каталог на производителя не е описано, че гривната е за бебе и в какъв цвят е.*
- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №62 -участника предлага гривна с етикет за надписване,но никъде в приложеното копие на страница от каталог на производителя не е описано, че гривната е за родилка и в какъв цвят е.*

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №15 (номенклатура № 14,61,62) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД.

## 7. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД

Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №1, (номенклатура № 1), Обособена позиция №4, Обособена позиция №12 и Обособена позиция №15(номенклатура №55,89,90). В Таблица за съответствие участникът е oferiral медицински изделия, които не съответстват на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

- относно Обособена позиция№1,номенклатура№1.1-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 13 мм.
- относно Обособена позиция№1,номенклатура№1.3- участника предлага атравматичен нерезорбируем № 4/0 -режеща игла 13 мм.
- относно Обособена позиция№1,номенклатура№1.5-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 3/0 -режеща игла 20 мм.
- относно Обособена позиция№1,номенклатура№1.12-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 6/0 -режеща игла 16 мм.
- относно Обособена позиция№1,номенклатура№1.14-участника предлага атравматичен нерезорбируем № 5/0 -режеща игла 16 мм.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №7-участника предлага Спринцовка 2ml с игла, но не е трикомпонентна.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №10-участника предлага Спринцовка 5ml, без игла, двукомпонентна.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №15-участника предлага Спринцовка 10ml, без игла, двукомпонентна.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №18- участника предлага Спринцовка 10ml, без игла, трикомпонентна, Luer Slip.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №20- участника предлага Спринцовка 20ml, без игла, двукомпонентна.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №22-участника предлага Спринцовка 20ml, без игла, трикомпонентна.
- относно Обособена позиция№4, номенклатура №37- участника предлага стандартна система за вливане, която не е с обем 200 мл.
- относно Обособена позиция№12, номенклатура№2- участника предлага хирургични остриета от въглеродна стомана/ хирургични остриета от неръждаема стомана, но никъде в приложеното копие на страница от каталога, не е описан размера им.
- относно Обособена позиция№12, номенклатура №3- участника предлага хирургични остриета от въглеродна стомана/ хирургични остриета от неръждаема стомана, но никъде в приложеното копие на страница от каталога, не е описан размера им.
- относно Обособена позиция№12, номенклатура №4-участника предлага хирургични остриета от въглеродна стомана/ хирургични остриета от неръждаема стомана, но никъде в приложеното копие на страница от каталога, не е описан размера им.

- *относно Обособена позиция №12, номенклатура №5- участника предлага хирургични остриета от въглеродна стомана/ хирургични остриета от неръждаема стомана, но никъде в приложеното копие на страница от каталога, не е описан размера им.*
- *относно Обособена позиция №12, номенклатура №6-участника предлага хирургични остриета от въглеродна стомана/ хирургични остриета от неръждаема стомана, но никъде в приложеното копие на страница от каталога, не е описан размера им.*
- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №55- участника предлага ЕКГ електроди с различни размери, които не съответстват на заложения от възложителя - 43x51mm.*
- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №89- в приложеното в офертата копие на каталог на производителя, никъде не е посочена информация (снимки, параметри, описание) за наконечници за пипети (жълти).*
- *относно Обособена позиция №15, номенклатура №90- в приложеното в офертата копие на каталог на производителя, никъде не е посочена информация (снимки, параметри, описание) за наконечници за пипети (сини).*

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №1 (номенклатура №1), за Обособена позиция №4, за Обособена позиция №12 и за Обособена позиция №15 (номенклатура №55,89,90) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД.

#### **8. „КАПАМЕД“ ЕООД**

*Комисията установи следното несъответствие относно Обособена позиция №18, номенклатура №3. В документацията за участие, в раздел I.ОБЩИ УСЛОВИЯ, Възложителя е посочил: всеки участник може да представи оферта за една или повече номенклатури от съответната обособена позиция, като задължително следва да оферира всички единици от съответната номенклатура.*

*А в случая участника „КАПАМЕД“ ЕООД е оферирал само единици 3.8.1 и 3.8.2.*

*Не е оферирал всички единици (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) от номенклатура №3, от Обособена позиция №18.*

Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №18 (номенклатура №3) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „КАПАМЕД“ ЕООД.

#### IV.

#### Комисията реши:

в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”, за Обособена позиция №15 номенклатура №4,11,17,25,33,36,37,43,46,47,49,51,60,65,68,71 и 88 и Обособена позиция №18 номенклатура №5,6,7,8,9 и 10 - не е подадена нито една оферта за участие поради което на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата по гореописаните номенклатури.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 10.09.2019г., копие от него ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на „МБАЛ-Хасково” АД.

Неразделна част от настоящия протокол е Таблица№1(класиране):

1. Таблица №1

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

#### Комисия в състав:

##### Председател:

Д-р Иван Тодоров Иванов \* .....

##### Членове:

1.Славей Георгиева Славова \* .....

2.Анета Пеева Захариева\* .....

3.Красимира Руменова Николова \* .....

4. Виолета Бориславова Йорданова .....

\* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД



таблица №1/ към протокол №6

ОБСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15 - ДОСТАВКА НА ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС	Класирам 1-во място
	мти	сърджимед	софимпортпр одукт	рсп	медитех	софрама	химтекс	агарта	агарта	
1 Стерилна система за вливане с обем 200 мл., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух, анти-сифон вентил против обратен ток, синхронно използвана сепаратор за проби от приложимост при аналитични, некултивни се изследвания, ролкова опаковка за стерилизация и защита налягача съвместима с линия МИКРЕЛ										
2 Тест карби 11 SYS, 150 бр.	1300						300		80000	агарта
3 Статив за Вестергрийб										МТИ
4 Статив Пантеско										ХИМТЕНС
5 Статив за епруветки малки и големи	300						250			ХИМТЕНС
6 Статива предмети с двойно матрири край	975						675			ХИМТЕНС
7 Стъкла поирвени 1х18,24х24	27						40			МТИ
8 Чела за интубация с мек, пластичен и ръководител връх							180			ХИМТЕНС
9 Тъмпони за сорбет, стерилни, индивидуално опаковани	3825						3000			ХИМТЕНС
10 Тъмпон сух в епруветка, стерилни	642						360			ХИМТЕНС
11 Тел за ушна бримба (0,2 мм, 0,3 мм)										
12 Термометър пифрон, едриа течни кристали, батерия 1,5 волта, жингет 100 часа при непрекъсната употреба, време за измерване 2 мин., джукова антена за край на измерването, комплект с 10 индивидуални пакетиленци						1800	4080			софрама
13 Термифор 2000 мл.							118,5			ХИМТЕНС
Триплетно кристче малко до 7 Vol.										
2. Изработено от материал устойчив на липади и активни агенти,	2500						3050			МТИ
14 3. Ясно галелно прешавање на ръководител на всички 43 градуса завъртане,										
4.Свободно въртене на 360 градуса на корпуса на крапчето след прикрепането му										
15 Триплетно кристче с указател				1800			930			ХИМТЕНС
16 Турникет автоматичен							1125			ХИМТЕНС
17 Двухотелно указател за перфуза						750	900			софрама
18 Шпатула ларелна нестерилна, със зобелни краища							600			ХИМТЕНС
19 Шпатула за гудео пластмасова							32			ХИМТЕНС
20 Шпатула гинекологична форма F дървина							160			ХИМТЕНС
21 Огледала ларелна / голем /							290			ХИМТЕНС
22 Автоматична пилета фиксацион обем							540			ХИМТЕНС
23 Автоматична пилета варна обем							1080			Сърджимед
24 Дегрегерсрб (астроопалка) 5 л.	540	524,6								
25 Тъмпонно лещио										
26 Коттеблер с палка, стерилни 15 мл							1400		1405	ХИМТЕНС
27 Коттеблер с палка, стерилни 40 мл							1400		825	агарта
28 Коттеблер с палка, стерилни 60 мл									4210	агарта
29 Коттеблер с палка, нестерилни 100 мл										ХИМТЕНС
30 Тъмпон лабораторен, метален, 0-40 мит	297						280		75	ХИМТЕНС

31	Мрежа хемостатична SURGISEL - 5cm/7,5cm				1800														софарма
32	Восък костен BONE WAX				74,5														Сърджимед
33	Памперси за деца от 3-6,6-9,9,12кг																		химтекс
34	Памперси за възрастни S, M, L, XL			54															МТИ
35	Мултишук за спринглар																		
36	Възглавница за операцията от релаксация и полуортотична пикна за странична позиция с място за позициониране на електрокардиална гръбна от двете страни (подложки на напрежение и деполяризация)																		
37	Хартия на триконометър																		
38	Апарат за връщане налагане модел почва и микрометър в едно тяло с мащета за дробна ривакс метрولوجичен контрол/ СЕ маркировка			2900		11000													химтекс
39	Двукамерни мащети за измерване на количествено артериално налягане на ръка 35 см, 46 см					450													СОФИМПОРТ
40	Електромерни мащети за измерване на количествено артериално налягане на ръка 35 см, 46 см					2250													СОФИМПОРТ
41	Мащета за измерване под налягане					2000		360											РСР
42	Стетоскоп за измерване на кръвно налягане					3000		380											РСР
43	Хартия за ЕКГ																		СОФИМПОРТ
44	Хартия за ЕКГ апарат BM-301																		МТИ
45	Хартия за ЕКГ апарат ВТЛ			115															
46	Хартия за ЕКГ апарат COMEN-CM600																		
47	Хартия за ЕКГ апарат ВІ АК																		
48	Хартия за ЕКГ апарат SHILER																		софарма
49	Хартия за ЕКГ апарат SHILER MAC8025																		
50	Хартия за ехокардиограф MITSUBISHI					345													312,17 агарта
51	Хартия за ехокардиограф GeneralMotors																		
52	Хартия за ЕКГ апарат FOKUDA OP 222 TE					200													СОФИМПОРТ
53	Тест лентя за глюкомер за апарат Free Style Optium от x506p																		РСР
54	Електроди ЕКГ неокатални диаметър 22 и 30 мм, с мек захарочел за чувствителна кожа, с кабел и конектор тип safety				1500														МТИ
55	Електроди ЕКГ от пана, усилен кабели, моногорише - 43 x 51 mm					6000													4505 МТИ
56	Гел ухвалуващ, без сол, водоразтворим, оптичелен вискозитет-80000RPM5-STD, 18.0, не дражна комата, скорост на трансмисия 1.48, прозрачен, 3 кг.																		химтекс
57	Гел ухвалуващ, без сол, водоразтворим, оптичелен вискозитет-80000RPM5-STD, 18.0, не дражна комата, скорост на трансмисия 1.48, сив, 1 кг.																		химтекс
58	Впруметак пластмасови пластмариал 12/75																		химтекс
59	Гувадор пластмасов																		химтекс
60	Биберони на хранителна дилексона																		химтекс
61	Г ривна за бебе розонь/сина, с етикет за надписване																		химтекс
62	Г ривна розонь/сина, с етикет за надписване																		химтекс
63	Иригатори / еднократни /																		химтекс
	Устройство за масажиратно втеглане на течност от флавоши																		
	1. Маслен пластмасов корпус;																		
	2. Вертален филтър за твърди частици;																		
	3. Вертален антибактериален въздушен филтър;																		
	4. Фалатрите да бъдат вградени вътре в корпус;																		
	5. Насрайник за вентилни и обикновени спрешивови (buer lock в биег шир);																		
64	6. Капан за површане на порта за спрешивови за запалване на стерилност;																		
	7. Дробна пластмасовна игла за поставяне върху блока с отделен мадаш за течност и въздух;																		
	8. Капан срещу свободен притичане при обрщане на блока;																		
	9. Без метални части.																		
																			МТИ

ЦЕНИ обособена позиция №15

65	Исполнение до 96 часа. Устройство за дозирание на дифузионен систем									200					МТИ
66	Спайк, деутерий за трансферирате		540	524,6											Сърджимед
67	SODA LIME HC, ASORBENT за аналитическите апарати			366											Сърджимед
68	Антидифузирате чорани		370												РСР
69	Оптимизиращи антидифузирате филтри									660					ХИМТЕКС
70	RPEP - карта за контролна употреба									2400					ХИМТЕКС
71	Щелеве за изхвърляне при обособено стъкло инфекция									3000					ХИМТЕКС
72	Присадки очила														ХИМТЕКС
73	Обикновени шихета за хранене - стъкло														ХИМТЕКС
74	Грудуриране съжелези шихета за хранене - 100-ца									1980					ХИМТЕКС
75	Вода метално.									2400					софарма
76	Качуци полимерелени, обемнина 25 милиона, ресифин, стип, размер 38 см.		875	830	600										софарма
77	Маска кислородна прозрачна, с лепенка за фиксиране и клип за нос, шлаху с дължина 2 м., жълтостипи		210							84					софарма
78	Кислородна маска - автоматично формируема наменишши, за възрастни, дължина на шлахуа 2 м., подаване на кислород до 6 л. в мин.									128					софарма
79	Качуца панаи дубиниалит / PVC без лепенка в DEHP, дължина 1,14 м/с/з									1050					ХИМТЕКС
80	Система шихете за хранене с възрастни с дължина 120 см. в Y конектор		680	28700											МТИ
81	Гръбна Шпанг респирацион, 100 % стиплони, 19 мм, I D 110 см		1056												МТИ
82	Гръбна Шпанг респирацион, 100 % стиплони, 19 мм, I D 60 см		306												МТИ
83	Конектор Y прав, вързани, 22 OD, с димителелни дупер док наменишши, автоклавирем, от PSU		380												МТИ
84	Конектор T 22 ID-15 ID/ 22 OD, автоклавирем, от PSU		150												МТИ
85	Конектор T 15 ID, 22 OD с бромелосовани порт с палпелка 5 мм, автоклавирем, от PSU		200							200					МТИ
86	Легене бибрежидно еднор пластмасово														софарма
87	Антидифузирате стипла - размер 45/115, състои се от 30 адхезивни стипла							1595							ХИМТЕКС
88	Компресивен димителел бит работен от 85% лепенка и 15% вискоза - подготвено материал, с површето от хипоалергично лепило, размер 70х x 2,5 м. Индивидуално опаковани ролни														
89	Панелите за пипети / жупи /		390												ХИМТЕКС
90	Панелите за пипети / стипи /		350												ХИМТЕКС
91	Пипети - пластмасова диам.90/15		3400												ХИМТЕКС
92	Пипети за Вестергрийни		70												ХИМТЕКС
93	Пипети 1 куб. 3 куб. 5 куб.														МТИ
94	Простиплаа полметелелова, прелев, 125 x 130 см														софарма
95	Прелев " Доршак "СН 4/70см.		3200												МТИ
96	Прелев " Доршак "СН 4/90см.		2400												МТИ
97	Прелев " Доршак "СН 4/120 см		3300							104					МТИ
98	Сет за катеризация, малък, включващ кърпа 50x80-3 бр., поставка, марлени компреси 10x 9-2 бр., марлени тампони- 7 бр., пипелета, рчваление		240												МТИ
99	Сет за катеризация, среден, включващ кърпа 50x50, поставка, марлени компреси 7.5x 9-5 бр., марлени тампони- 5 бр., пипелета, иглохврател,		295												МТИ
100	Сет за катеризация, голем, включващ кърпа 50x50, поставка, марлени компреси 7.5x 9-2 бр. и 7.5 x 7.5-4 бр., марлени тампони- 2 бр., пипелета-2 бр. и скелел, рчваление		190												МТИ
101	Сет за катеризация, малък, включващ кърпа 40x40, поставка, марлени компреси 4x 5-2 бр., марлени тампони- 3 бр., пипелета		450												МТИ
102	Сет за катеризация на конши, включващ кърпа 40x40, поставка, марлени компреси 5x 4-4 бр., марлени тампони- 3 бр., пипелета, скелел		145												МТИ
103	Сет за катеризация на водач, включващ кърпа, водач, дескатори, дупер конектор		2115												МТИ

ЦЕНИ обособена позиция №15

104	Сет епидурален вкл. игла епидурална Tuohy 16 G 90mm, епидурален катетер със затворен връх и три латерални отвора 90 см., филтър плосък 0.2 мкм с лубр. лок адаптер, клавириращ адаптер, координиращ лепенка за фиксиране на катетера и филтъра, LOR серпигшожа	900						1300			МТИ
105	Сет епидурален вкл. игла епидурална Tuohy 18G 90mm, епидурален катетер със затворен връх и три латерални отвора 90 см., филтър плосък 0.2 мкм с лубр. лок адаптер, клавириращ адаптер, координиращ лепенка за фиксиране на катетера и филтъра, LOR серпигшожа	900						1300			МТИ
106	Сет от катетер J1 от полуоткрит о/з връх, воден, бутало и фиксираща клипса, 7/28 см	800									МТИ

Комисия в състава:

Председател:

Д-р Иван Тодоров Иванов \*

Членове:

1. Славей Георгиева Славова \*

2. Анета Пеева Захариева \*

3. Красимира Руменова Николова \*

4. Виолета Бориславова Йорданова \*

\* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД



ЦЕНИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ							68084.47						
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 - ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ПРЕВЪРЪЛКИ							5837.4						
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА И ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ													
1	Филтри				1008520								ET ПИКА
2	Дезинфекционен разтвор за обработка на хемодиализни апарати				33700								ET ПИКА
3	Фистулни игли, връзки, катетри и артериален съдов достъп				234992								ET ПИКА
4	КАТЕГРИ ЗА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП				16500								ET ПИКА
5	APF												
6	Тръскови сет												
7	Калити												
8	Тръскови адаптори												
9	Перитонеални катетри												
10	Калити за ПД												
11	Разтвори за използване на заливачни катетри										18037.5		капацитет
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ РАЗТВОРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА И ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ													
1	Течни концентрати за бикарбонатна хемодиализа												интервалностик а
2	Сухо бикарбонатна субстанция				204000								ET ПИКА интервалностик а
3	Сол за хемодиализа												
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ													
							58317						млн

Комисия в Състав:

Председател:

Д-р Иван Тодоров Иванов \*

Членове:

1. Славей Георгиев Славей \*

2. Анаета Пеева Захариева \*

3. Красимира Руменова Николова \*

4. Виолета Бориславова Йорданова \*

\* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД