

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия назначена със Заповед № РД -08-115 /22.10.2019 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково“ АД“

с Решение за откриване на процедура № РД-08-26 / 12.09.2019г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 16.09.2019г., в РОП на 16.09.2019г.,

На **02.12.2019 г. в 10:00 часа**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул.„Съединение“№49 се събра комисия в състав:

Председател:

Д-р Антони Гогов Гогов – Началник Кардиологично отделение в „МБАЛ - Хасково“ АД

Членове:

- 1.Виолета Бориславова Йорданова – Юрисконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД
- 2.Красимира Руменова Николова – Икономист „Обществени поръчки“ в „МБАЛ-Хасково“ АД;

Резултати от работата на комисията:

I. В указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от участника, както следва:

1. *Допълнително постъпили документи от „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД с вх. № 159/ 25.11.2019г. - 15:30 часа*

Комисията пристъпи към изпълнение на възложената си работа на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, и разгледа допълнително представените и документи от участниците, изискани в Протокол №1/21.11.2019г. с оглед установяване на съответствие на офертите на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

- От участника „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД в указания срок на основания чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили следните документи: Представен е 1 брой оптичен носител – CD, със записан файл eЕЕДОП- електронно подписан, в формат -pdf., който не позволява неговото редактиране.
- След разглеждането комисията установи следното: декларираната от участника информация е коректно попълнена.

Представени са всички необходими документи, като същите доказват съответствието на участника с изискванията към лично състояние и критериите за подбор на възложителя.

➤ В резултат на което, комисията допуска офертата на участника до разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката (съгласно реда на постъпване на офертите) на допуснатите участници:

1. ОФЕРТА С ВХ. № 128/17.10.2019 Г. - „ФЪОНИКС ФАРМА” ЕООД

- Обособена позиция №4, номенклатура №32

След разглеждане на техническото предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №4, номенклатура №32.

В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицинско изделие, което не съответства на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

Обособена позиция №4, номенклатура №32: Интрааортен балон за контрапулсация 7F-Интрааортен балон катетър за контрапулсатор – 7Fr, 25 мл/30мл /35 мл, дължина на балона 180 мм / 210 мм / 243 мм; диаметър 14,1мм; активна дължина на катетъра 651мм; материал -найлон; високоустойчиво антитромботично полиуретаново покритие на балона; интегрирана двойнолуменна структура с подсилено закрепване м/у външна и вътрешна тръби, повишена твърдост на дръжката предотвратяваща температурна деформация и осигуряваща по-добра опора, придвижване и намаляване риска от увреда на аортната стена при евентуална миграция на балона; тристепенно изтъняване на външния диаметър на катетъра откъм проксималния край; 50cc спринцовка; one-way декомпресионна клапа;сет включващ: интродюсер с хемостатична клапа и страничен порт; артериална игла 18G; 2бр. дилататори за поставяне на балона с и без интродюсер; 2бр.метални "J" водачи: 0,88мм x80 см и 0,50мм x150см; линия за високо налягане-2 бр.;трипътно кранче;конектори за IABP конзоли.

Участника предлага: Интра аортен балон катетър, с размер на shaft- 7,5 Fr, и обем 25 мл / 30 мл / 34 мл, дължина на балона 180 мм / 190 мм / 220 мм; диаметър 13,5 мм/ 14,7 мм/ 14,7 мм; и с работна дължина 765 мм.; 2бр. "J" водачи с тефлоново покритие: .025" x 150 см и .035" x 50 см.

➤ Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №4, номенклатура №32, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ФЪОНИКС ФАРМА” ЕООД

➤ С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ФЪОНИКС ФАРМА” ЕООД за Обособена позиция №4, номенклатура №32 няма да бъде отворено.

2. ОФЕРТА С ВХ. № 129/18.10.2019 Г. - „БИКОМЕД” ООД

- Обособена позиция № 9, номенклатура №16

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №9, номенклатура №16 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ *В резултат на което, комисията допуска участника „БИКОМЕД” ООД за Обособена позиция №1, номенклатура №16 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.*

3. ОФЕРТА С ВХ. № 130/18.10.2019 Г. - „ПОРТ ИСТАНБУЛ” ЕООД

- Обособена позиция №5, номенклатура № 19

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи:

1. Приложеното Оторизационно писмо от производителя на медицински изделия (Медкеър Саглик Урънлери Санайъ Ве Тикарет А.Ш.) е представено на английски език, не е представено на български език.

Комисията счита, че така представената от участника оферта за обособена позиция № 5 номенклатура №19 на „ПОРТ ИСТАНБУЛ” ЕООД не отговаря на чл.101, ал.6, изречение първо от ЗОП.

2. А в приложената към Техническото предложение - Декларация за съответствие на ЕО (на производител: Медкеър Саглик Урънлери Санайъ Ве Тикарет А.Ш.) не се декларира съответствието на оферираното от участника медицинското изделие със съществените изисквания на Директива 93/42/ЕЕС и никъде не е упоменато **медицинското изделие: Ангиографски сет-партида №157.**

➤ *Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №5, номенклатура №19, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ПОРТ ИСТАНБУЛ” ЕООД.*

➤ *С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ПЗЗОП ценовото предложение на участника „ПОРТ ИСТАНБУЛ” ЕООД за Обособена позиция №5, номенклатура №19 няма да бъде отворено.*

4. ОФЕРТА С ВХ. № 131/18.10.2019 Г. - „ЕКОС МЕДИКА” ООД

- Обособена позиция №1, номенклатура №1,2,3
- Обособена позиция №2, номенклатура №1,2,3,4,8,9,33,39
- Обособена позиция №3, номенклатура №2,4,6,7,9,10,13,17,18,19,20,22,23
- Обособена позиция №4, номенклатура №2,3,4,5,8,9,14,22,25,26,27,28,29,30,31,32
- Обособена позиция №5, номенклатура №1,2,15,22,24,25
- Обособена позиция №7, номенклатура №1
- Обособена позиция №9, номенклатура №5,7,8,14

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №1, номенклатура №1,2,3, Обособена позиция №2, номенклатура №1,2,3,4,8,9,33,39, Обособена позиция №3, номенклатура №2,4,6,7,9,10,13,17,18,19,20,22,23, Обособена позиция №4, номенклатура №2,3,4,5,8,9,14,22,25,26,27,28,29,30,31,32, Обособена позиция №5, номенклатура №1,2,15,22,24,25, Обособена позиция №7, номенклатура №1, Обособена позиция №9, номенклатура №5,7,8,14, е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ *В резултат на което, комисията допуска участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД за Обособена позиция №1, номенклатура №1,2,3, Обособена позиция №2, номенклатура №1,2,3,4,8,9,33,39, Обособена позиция №3, номенклатура №2,4,6,7,9,10,13,17,18,19,20,22,23, Обособена позиция №4, номенклатура №2,3,4,5,8,9,14,22,25,26,27,28,29,30,31,32, Обособена позиция №5, номенклатура №1,2,15,22,24,25, Обособена позиция №7, номенклатура №1, Обособена позиция №9, номенклатура №5,7,8,14, до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.*

След извършване на гореописаните действия председателят на комисията закри заседанието.

На 09.12.2019г. в 10:00 часа, комисията се събра на закрито заседание, в състав от редовни членове за да продължи своята работа, а именно: разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката (съгласно реда на постъпване на офертите) на допуснатите участници.

5. ОФЕРТА С ВХ. № 132/18.10.2019 Г. - „ХЕЛТКЕЪР С” ООД

- за Обособена позиция №2, номенклатура №10,11,19,20,27,28,30,32
- за Обособена позиция №4, номенклатура №6,7,12
- за Обособена позиция №5, номенклатура №13,17,21

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №2, номенклатура №10,11,19,20,27,28,30,32, за Обособена позиция №4, номенклатура №6,7,12, за Обособена позиция №5, номенклатура №13,17,21 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „ХЕЛТКЕЪР С” ООД за Обособена позиция №2, номенклатура №10,11,19,20,27,28,30,32, за Обособена позиция №4, номенклатура №6,7,12 за Обособена позиция №5, номенклатура №13,17,21 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.

6. ОФЕРТА С ВХ. № 133/18.10.2019 Г. - „РСР” ЕООД

- Обособена позиция №2, номенклатура №13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26
- Обособена позиция №9, номенклатура №21,22,24,25

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №2, номенклатура №13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „РСР” ЕООД за Обособена позиция №2, номенклатура №13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена”.

Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №9, номенклатура №21,22,24,25.

В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицинско изделие, което не съответства на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

Обособена позиция №9, номенклатура №21: Удължител 25см+трипътно кранче.
Участника предлага: Удължител 30см+трипътно кранче.

Обособена позиция №9, номенклатура №22: Удължител 50см+трипътно кранче.
Участника предлага: Удължител 75см+трипътно кранче.

Обособена позиция №9, номенклатура №24: Системи за инфузионни разтвори- Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и дефирмируеми контейнери; масивен пластмасов шип с вградени канали за течност и въздух, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче. Двукламерна капкова камера с твърда горна част и еластична долна част. 15мм филтър за твърди частици. Филтър за автоматично обезвъздушаване и филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при изпразване на контейнера. Дължина 180см. Без метални игли. Да не съдържа DEHP.

Участника предлага: инфузионен сет с въздушен клапан, с 15мм филтър за течности, никъде не е описано каква е иглата, и че притежава филтър за автоматично спиране на достъпа на въздух при изпразване на контейнера.

Обособена позиция №9, номенклатура №25: Миниспайк - Аспиратор за многодозови флакони изравняващ налягането с антибактериален филтър 0,45мм и филтър за частици 5мм.

Участника предлага: Миниспайк - Аспиратор за многодозови флакони с 5мм филтър за частици и 3.0 мм въздушен филтър.

➤ Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №9, номенклатура №21,22,24,25, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „РСР“ ЕООД.

➤ С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „РСР“ ЕООД Обособена позиция №9, номенклатура №21,22,24,25 няма да бъде отворено.

7. ОФЕРТА С ВХ. № 134/18.10.2019 Г. - „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД

- Обособена позиция №2, номенклатура №35,40,41
- Обособена позиция №3, номенклатура №5,8,14
- Обособена позиция №4, номенклатура №1,10,11,13,15,33
- Обособена позиция №5, номенклатура №5,6,14,19,23
- Обособена позиция №8, номенклатура №2,7
- Обособена позиция №9, номенклатура №1,2

След разглеждане на техническото предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №2, номенклатура №35,40,41, за Обособена позиция №3, номенклатура №5,8,14, за Обособена позиция №4, номенклатура №1,10,11,13,15,33, за Обособена позиция №5, номенклатура

№5,6,14,19,23, за Обособена позиция №8, номенклатура №2,7, за Обособена позиция №9, номенклатура №1,2 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „МАРМИТ ЮНАЙТЕД“ ЕООД за Обособена позиция №2, номенклатура №35,40,41, за Обособена позиция №3, номенклатура №5,8,14, за Обособена позиция №4, номенклатура №1,10,11,13,15,33, за Обособена позиция №5, номенклатура №5,6,14,19,23, за Обособена позиция №8, номенклатура №2,7, за Обособена позиция №9, номенклатура №1,2 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

8. ОФЕРТА С ВХ. № 136/21.10.2019 Г. - „БУЛМЕД 2000“ ЕООД

- Обособена позиция №3, номенклатура №24
- Обособена позиция №4, номенклатура №20,21
- Обособена позиция №8, номенклатура №3,4,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
- Обособена позиция №9, номенклатура №3,4,10,17,21,22,23,24,25

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №3, номенклатура №24, за Обособена позиция №4, номенклатура №20,21, за Обособена позиция №8, номенклатура №3,4,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, за Обособена позиция №9, номенклатура №3,4,10,17,21,22,23,24,25 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „БУЛМЕД 2000“ ЕООД за Обособена позиция №3, номенклатура №24, за Обособена позиция №4, номенклатура №20,21, за Обособена позиция №8, номенклатура №3,4,5,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, за Обособена позиция №9, номенклатура №3,4,10,17,21,22,23,24,25 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

9. ОФЕРТА С ВХ. № 138/21.10.2019 Г. - „ИНТЕРАГРО-90“ ЕООД

- Обособена позиция №8, номенклатура №23,24

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията

установи: Техническото предложение за Обособена позиция №8, номенклатура №23,24 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „ИНТЕРАГРО-90“ ЕООД за Обособена позиция №8, номенклатура №23,24, до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

10. ОФЕРТА С ВХ. № 139/21.10.2019 Г. - „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД

- за Обособена позиция №4, номенклатура №4,8,13,14
- за Обособена позиция №5, номенклатура №3,4,6,20
- за Обособена позиция №6, номенклатура №1,2,3,4
- за Обособена позиция №9, номенклатура №2,3,4

След разглеждане на техническото предложението за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, комисията установи: Техническото предложение за Обособена позиция №6, номенклатура №1,2,3,4, за Обособена позиция №9, номенклатура №3,4 е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

➤ В резултат на което, комисията допуска участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД за Обособена позиция №6, номенклатура №1,2,3,4 и за Обособена позиция №9, номенклатура №3,4 до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

Комисията установи следните несъответствия относно Обособена позиция №4, номенклатура №4,8,13,14, за Обособена позиция №5, номенклатура №3,4,6,20, за Обособена позиция №9, номенклатура №2.

В Таблица за съответствие участникът е оферирал медицинско изделие, което не съответства на заложените в Техническата спецификация (Приложение №2) от Възложителя, минимални технически параметри и характеристики, а именно:

Обособена позиция №4, номенклатура №4: РТСА балони -RX коронарен балон за предилатация при комплексни лезии и СТО, 'kissing balloon' техника през 6 Fr, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,41 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален shaft 1.9 Fr, дистален shaft – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост, размери 5/10/15/20 mm и диаметри 1/1.25/1.50/2.0/2.25/2.50/2.75/3.00/3,75/4.0

Участника предлага: РТСА балонен катетър, съвместимост на бодача 5F/6F- съвместим за двубалонна техника, не е описано, че притръсва нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,41 mm; изключителен kink-resistance и проходимост; проксимален shaft 1.9 Fr, дистален shaft – 2,4 Fr, модифициран изход за водача за по голяма устойчивост.

Обособена позиция №4, номенклатура №8: РТСА балони- Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане, пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, H-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145cm; Нисък входен профил – 0,43 mm, удобен за "kissing balloon" техника през 6F водещ катетър, Проксимален shaft – 1,9F от неръждаема стомана Дистален shaft – 2,6F Номинално налягане – 12 atm, RBP – 22 atm, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 mm

Участника предлага: РТСА балони- за акуратно високо налягане, не е посочено че балона притежава: пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера, че е от иновативна Три Пластова /ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост, че е с H-coat хидрофилно покритие. С профил за вход на лезии – 0,018/0,46mm, проксимален shaft – 2,1F, номинално налягане – 14 atm, RBP – 22 atm, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50, дължини 8-10-12-15-20-25mm.

Обособена позиция №4, номенклатура №13: РТСА балон, излъчващ медикамент- Профил на върха: 0.017", Дизайн на shaft: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission), Диаметър на дисталния shaft: 2.5F (2.0 - 3.5 mm), 2.6F (4.0mm), Маркери: два платина-иридий, Работна дължина: 140cm
Водещ катетър: 5F, ПОКРИТИЕ-Медикамент: Паклитаксел (Paclitaxel)
Доза на медикамента: 3.0 µg/mm², Матрица Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат, Покрита повърхност, Цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, време за излъчване на медикамента: 30 сек.

Участника предлага: РТСА балон, отделящ лекарствено средство за достигане на комплексни лезии с профил на върха: 0.017", никъде не е описан дизайна на shaft, няма описание на диаметър на дисталния shaft: няма описание да притежава маркери: два платина-иридий, Работна дължина: 135cm
Водещ катетър: 4F. Няма описание с какво покритие е балон катетъра (медикамент: Паклитаксел). Не е описана и каква е дозата на медикамента, каква е матрицата Паклитаксел и Бутирил-три-хексил цитрат, с каква покрита повърхност е, не е описано да притежава цилиндрични и конусовидни раздели на балона; надминаващи проксималния и дисталния маркер, няма описание, информация за време за излъчване на медикамента: 30 сек.

Обособена позиция №4, номенклатура №14: РТСА балони- Non-Compliant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера; Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 mm, удобен за "kissing balloon" техника през 6F водещ катетър, Проксимален shaft – 2,0F от неръждаема стомана Дистален shaft – 2,5F Номинално налягане – 10 atm, RBP – 20 atm, диаметри 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20mm

Участника предлага: РТСА балонен катетър, не е описано че притежава 2 маркера и Cross tip технология, и че е с M-coat хидрофилно покритие. Няма информация за : входен профил от – 0,42mm. За проксимален shaft от – 2,0F че е от неръждаема

стомана, и че е с дистален шафт от – 2,5F. Номиналното налягане е – 12 атм, RBP – 20 атм, диаметри 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 10-15мм.

Обособена позиция №5, номенклатура №3: Коронарен стент- Материал-кобалтова сплав.10 клетъчен строеж с големина на клетките 1,0мм. Дебелина на стратовеите 0.0036". Рентгенологична видимост-висока. FasTrac връх за висока проходимост. Дизайн: коронарен тип, затворена клетка.

Участника предлага: Коронарен стент система излъчваща лекарство. Материал-тънък кобалт-хром. Няма информация (не е описано): клетъчния строеж, големината на клетките, дебелина на стратовеите както и рентгенологична видимост.

Обособена позиция №5, номенклатура №4:Коронарен стент -Материал: Кобалтова сплав, ултратънки и закръглени стратове, Оптимална големина на клетките за съпорт и покритие, Ro видимост-висока, Дизайн: непрекъсната синусоида

Участника предлага: Коронарен стент система, покрита с лекарство. Материал-метал и лекарство. Няма информация (не е описано): дизайн- непрекъсната синусоида, големината на клетките, рентгенологична видимост.

Обособена позиция №5, номенклатура №6: Медикамент излъчващи стентове- Материал: Кобалтова сплав, медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, специален връх за по-лесно пресичане, Платформа: непрекъсната синусоида

Участника предлага: Коронарен стент система, покрита с лекарство. Материал-метал и лекарство. Няма информация (не е описано): вида на платформата- непрекъсната синусоида, рентгенологична видимост както и какъв е медикамента.

Обособена позиция №5, номенклатура №20: Медикамент излъчващ стент- Материал: Кобалтова сплав, медикамент: Zotarolimus, Ro видимост-висока, специален връх за по-лесно пресичане, дебелина на стратовеите: 0.0036", Платформа: коронарен тип, затворена клетка

Участника предлага: Коронарен стент система излъчваща лекарство. Материал-тънък кобалт-хром. Няма информация (не е описано): вида на платформата, дебелина на стратовеите, а медикамент е Biolimus.

Обособена позиция №9, номенклатура №2: Ангиографска инфлаторна спринцовка с манометър, до 30 атм, с вместимост 20 мл. и с поликарбонатно тяло, ергономична дръжка тип пистолет, заключващ механизъм чрез спусък, трипътен спирателен кран, Y-конектор - 0.0125", ротаторна хемостатична клапа.

Участника предлага: Ангиографска инфлаторна спринцовка с манометър с 30 атм и с вместимост 20 мл. Няма информация (не е описано) че притежава заключващ механизъм чрез спусък, трипътен спирателен кран както и ротаторна хемостатична клапа.

➤ Въз основа на горното, офертата на участника за Обособена позиция №4, номенклатура №4,8,13,14, за Обособена позиция №5, номенклатура №3,4,6,20, за Обособена позиция №9, номенклатура №2 не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД.

➤ С оглед установените несъответствия, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД за Обособена позиция №4, номенклатура №4,8,13,14, за Обособена позиция №5, номенклатура №3,4,6,20, за Обособена позиция №9, номенклатура №2 няма да бъде разгледано и оценено.

III. В обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ-Хасково“ АД”, не е подадена нито една оферта за участие по

Обособена позиция №2 номенклатура №5,6,7,12,29,31,34,36,37,38

Обособена позиция №3 номенклатура №11,12,15,16,21

Обособена позиция №4 номенклатура №16,17,18,19,23,24

Обособена позиция №5 номенклатура №7,8,9,10,11,12,16,18

Обособена позиция №7 номенклатура №2

Обособена позиция №8 номенклатура №1,6,8,9,10,11,12,13,14,15,30

Обособена позиция №9 номенклатура №6,9,11,12,13,15,18,19,20,26,27,28.

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящия протокол се състави на 08.01.2020г., на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ППЗОП в един оригинален екземпляр, ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или по електронна поща и ще се публикува в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на „МБАЛ-Хасково” АД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

Комисия в състав:

Председател:

Д-р Антони Гогов Гогов *

Членове:

1. Виолета Бориславова Йорданова

2. Красимира Руменова Николова *

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с

чл. 59 от ЗЗЛД

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД