

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-р Георги Николов

Изпълнителен директор

на „МБАЛ-Хасково“

Дата на утвърждаване: 16.х. 2020г.

ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД -08-478 /21.07.2020 г. на изпълнителния директор на „МБАЛ-Хасково“ АД, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на нова рентгенова тръба за Ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare“

открита с Решение № РД-08-406 / 12.06.2020г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 17.06.2020г., в РОП на 15.06.2020г.

Във връзка с настоящата процедура бяха проведени 5 (пет) заседания.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Комисията в състав:

Председател:

Д-р Иван Годоров Иванов – зам. директор „Лечебна дейност“ в „МБАЛ-Хасково“ АД

Членове:

1. Виолета Бориславова Йорданова – юристконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД

2. Красимира Руменова Николова – икономист „Обществени поръчки“ в „МБАЛ-Хасково“ АД

се събра на Първо заседание на **21.07.2020 г. в 10:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49.

1. В срок има постъпили 2 (две) оферти:

1. Оферта с вх. № 115/20.07.2020 г. – 11:30 часа на „ТОМЕД“ ООД – с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, бул. ”Св. Патриарх Евтимий“ №80 А, офис 14-15, тел.: 042-631027, факс: 042-600314; e-mail: info@tomed.bg

2. Оферта с вх. № 116/20.07.2020 г. – 11:35 часа на „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с адрес за кореспонденция: гр. София 1040, бул. ”Драган Цанков“ №36, СТЦ Интерпред, офис 405 Б, тел.: 02/ 971 20 40 и факс: 02/ 870 40 02; e-mail: hristo.hristov@ge.com

2. Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

3. На заседанието на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

4. Отварянето на получените оферти се извърши публично и по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Оферта с вх. № 115/20.07.2020 г. – 11:30 часа на „ТОМЕД“ ООД

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя. В нея се съдържат документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Оферта с вх. № 116/20.07.2020 г. – 11:35 часа на „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, в съответствие с изискванията на възложителя. В нея се съдържат документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП в офертите на участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. Участника „ТОМЕД“ ООД – със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. ”Свети Патриарх Евтимий“ 80 А, офис №14-15, ет.3, ЕИК 123685800, представлявано от Годор Тонев Тодоров и Антон Тодоров Тонев- Управители, начин на представляване: заедно и поотделно.

След разглеждане, Комисията установи следните непълноти и несъответствия:

Представеният еЕЕДОП е на подходящ оптичен носител и във формат, които не позволява неговото редактиране, но участникът не е декларирал необходимата информация или декларираната е некоректно попълнена относно:

1). Част II Информация за икономическия оператор:

В Раздел Б- Информация за представителите на икономическия оператор

Има посочена информация само за един от представителите на икономическия оператор, а същевременно еЕЕДОП е подписан и от двамата представляващи участника „ТОМЕД“ ООД - Тодор Тонев Тодоров и Антон Тодоров Тонев- Управители (начин на представляване: заедно и поотделно).

Когато задължените лица по чл. 54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, в съответствие с чл. 40 от ППЗОП, са повече от едно в Раздел II, б. „Б“ Информация за представителите на икономическия оператор се избира бутон „+“ и се попълват толкова раздели, колкото са задължените лица и всяко от тези лица подписва еЕЕДОП.

2). Относно изисканата от възложителя информация в документацията в РАЗДЕЛ IV КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.ГОДНОСТ (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1 Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават валидно **Разрешение за търговия на едро с медицински изделия**- с посочване в ЕЕДОП на номер, дата на издаване и срок на валидност на съответното разрешително.

1.2.Съгласно чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), участникът следва да притежава валидна -с посочване в ЕЕДОП на номер, дата на издаване и срок на валидност на съответната лицензия.

Участника я е декларирал неправилно в ЕЕДОП част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности.

Изисканата информация трябва да се декларира в ЕЕДОП част IV Критерии за подбор, раздел А: Годност.

➤ Във връзка с констатациите на комисията, описани по-горе, на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол №1, участника „ТОМЕД“ ООД следваше да представи на комисията нов еЕЕДОП, с който да отстрани установените несъответствия.

2. Участника „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, район „Изгрев“, ж.к. Световен търговски център „Интерпред“, бул.“Драган Цанков“ №36, офис 405 Б, ЕИК 201952777, представлявано от Христо Димитров Христов - Управител.

След разглеждане, Комисията установи:



Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис, представен е на подходящ оптичен носител и във формат, който не позволява неговото редактиране и участникът е декларирал в еЕЕДОП липсата на основания за отстраняване.

Част IV Критерии за подбор:

В Раздел А - Годност - участника декларира, че притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (като е посочен номер, дата на издаване и издаващ орган).

- участника декларира, че притежава валидна Лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения (като е посочен номер, дата на издаване и срок на валидност на съответната лицензия и издаващ орган).

В Раздел В - Технически и професионални способности: за наличието на персонал с определена професионална компетентност

- участникът е посочил, че разполага с три лица с определена професионална компетентност, които да обезпечат изпълнението на поръчката, разполагащи с Удостоверението за правоспособност с ИЙЛ- с посочен номер, дата и валидност и издаващ орган на Удостоверението за правоспособност с ИЙЛ.

- участникът е представил списък и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

➤ Въз основа на проверката за съответствие на участника с критериите за подбор, комисията реши да допусне участника „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката.

II. Комисията се събра на Второ закрито заседание **24.08.2020г. в 10:00 часа** в състав от редовни членове, за да продължи своята работа.

Резултати от работата на комисията:

В указания срок на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили и са регистрирани допълнително изисканите документи от участника:

„ТОМЕД“ ООД – вх. № 122 / 19.08.2020г. - 09:15 часа

1. Нов еЕЕДОП - на подходящ оптичен носител и във формат, който не позволява неговото редактиране.

След разглеждане, Комисията установи:

Представеният еЕЕДОП е подписан с електронните подписи и на двамата представляващи дружеството, представен е на подходящ оптичен носител и във формат, който не позволява неговото редактиране и участникът е декларирал в еЕЕДОП липсата на основания за отстраняване.

Част IV Критерии за подбор:

В Раздел А - Годност - участника декларира, че притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия (като е посочен номер, дата на издаване и издаващ орган).

-участника декларира, че притежава валидна Лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения (като е посочен номер, дата на издаване и срок на валидност на съответната лицензия и издаващ орган).

В Раздел В - Технически и професионални способности: за наличието на персонал с определена професионална компетентност

- участникът е посочил, че разполага с две лица с определена професионална компетентност, които да обезпечат изпълнението на поръчката, разполагащи с Удостоверението за правоспособност с ИЙЛ- с посочен номер, дата и валидност и издаващ орган на Удостоверението за правоспособност с ИЙЛ.

- участникът е представил списък и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

➤ Въз основа на проверката за съответствие на участника с критериите за подбор, комисията реши да допусне участника „ТОМЕД” ООД до разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката .

III. Комисията се събра на Трето заседание на **09.09.2020г. в 13:00 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул. ”Съединение” №49 на закрито заседание, в състав от редовни членове, за да продължи своята работа.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, както следва:

1. Оферта с вх. № 115/20.07.2020 г. – 11:30 часа на „ТОМЕД” ООД

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи:

1. Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя.

Участникът е декларирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и е оферирал следното:

1. Предлаганата от участника рентгенова тръба е:

Марка: General Electric

Модел: Performix 160A - 2216500

Производител: General Electric

В таблицата за съответствие предлаганата от участника рентгенова тръба е с работни характеристики, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

№	Работни характеристики	Изисквания на възложителя	Предложения на участника
1.	Аноден топлинен капацитет	3.7МНУ	3.70 МНУ
2.	Диаметър на анода	160mm	160mm
3.	Скорост на въртене на анода	7800 об. /мин.	7800 об. /мин.
4.	Размери на фокуса	0.3; 0.6; 1.0 mm	0.3; 0.6; 1.0 mm
5.	Максимална мощност при различните фокуси	20.0; 55.8; 112.9 kW	20.0; 55.8; 112.9 kW
6.	Топлинен капацитет на хоубе	6.9 МНУ	6.9 МНУ
7.	Топлотдаване на хоубе	259 kHU/min.	259 kHU/min.
8.	Максимално работно висско напрежение	125 kV	125 kV

2. Предложеното оборудване *е фабрично ново и е напълно съвместимо с ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare.*

3. Декларирал е, че ще извърши демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането ѝ за рециклиране, обезвреждане или друго действие изцяло за негова сметка.

4. Предлаганият срок на доставка е 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

5. Предлаганият срок за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация, е 5 (пет) дни, след доставката.

6. Предлагаият **гаранционен срок е:** 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare. Задължава се в рамките на гаранционния срок да осигури на Възложителя гаранционно обслужване.

7. Предлагаият оборудване отговаря на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „**СЕ**“ **маркировка**, за което е приложено **заверено копие** на: копие на фабричен документ за Нормативните изисквания на предлаганата тръба – СЕ маркировка – в превод на Български език от сертифицирана преводаческа агенция.

Към Техническото предложение е приложена и пълна и изчерпателна техническа документация на английски език и в превод на Български език от сертифицирана преводаческа агенция, от която са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване.

След разглеждане, комисията установи:

Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

В резултат на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

IV. Комисията се събра на Четвърто заседание **14.09.2020г. в 12:30 часа**, в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул. „Съединение“ №49 в редовен състав.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, както следва:

2. Оферта с вх. № 116/20.07.2020 г. – 11:35 часа на „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

След разглеждане на техническото предложение, комисията установи:

1. Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано от управителя.

Участникът е декларирал, че е в в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и е oferiral следното:

1. Предлаганата от участника рентгенова тръба е:

Марка: General Electric

Модел: Performix 160A

Производител: GE Medical Systems LLC – GE Healthcare.

В таблицата за съответствие предлаганата от участника рентгенова тръба е с работни характеристики, които напълно отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:

№	Работни характеристики	Изисквания на възложителя	Предложения на участника
1.	Аноден топлинен капацитет	3.7MNU	3.7 MNU
2.	Диаметър на анода	160mm	160mm
3.	Скорост на въртене на анода	7800 об. /мин.	7800 об. /мин.
4.	Размери на фокуса	0.3; 0.6; 1.0 mm	0.3; 0.6; 1.0 mm
5.	Максимална мощност при различните фокуси	20.0; 55.8; 112.9 kW	20.0; 55.8; 112.9 kW
6.	Топлинен капацитет на хоубе	6.9 MNU	6.9 MNU
7.	Топлотдаване на хоубе	259 kNU/min.	259 kNU/min.
8.	Максимално работно високо напрежение	125 kV	125 kV

2. Предложеното оборудване *е фабрично ново и е напълно съвместимо с ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare.*

3. Декларирал е, че ще извърши демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането ѝ за рециклиране, обезвреждане или друго действие изцяло за негова сметка.

4. Предлаганият срок на доставка е до 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

5. Предлагаият срок за инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване и въвеждане в експлоатация, е 2 (два) дни, след доставката.

6. Предлагаият **гаранционен срок е:** 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от GE Healthcare. Задължава се в рамките на гаранционния срок да осигури на Възложителя гаранционно обслужване.

7. Предлагащото оборудване отговаря на Разпоредбите на Закона за медицинските изделия, относно нанесена „**CE**“ **маркировка**, за което е приложено **заверено копие** на: Сертификат № 22462, Рев. 6, издаден от G Med/Groupe LNE, Нотифициран орган № 0459 на GE Medical Systems LLC за одобрение на цялостна система за осигуряване на качество в съответствие с изискванията на Директива 93/42 ЕИО, относно медицински изделия, на английски език и в превод на български език, заверено копие.

Декларация, издадена от GE Medical Systems LLC, за съответствие на произвежданите модели рентгенови тръби с изискванията на Директива 93/42 ЕИО за осигуряване на качество на медицинските изделия на английски език и в превод на български език, заверено копие.

Към Техническото предложение е приложена и пълна и изчерпателна техническа документация на английски език и в превод на Български език от сертифицирана преводаческа агенция, от която са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване.

След разглеждане, комисията установи:

Техническото предложение е изготвено по образец от документацията за участие, съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

В резултат на което, комисията допуска участника до следващия етап от процедурата, а именно: отваряне, разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, въз основа на обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“.

V. Комисията се събра на Пето заседание **18.09.2020 г. в 10:00 часа** в гр. Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково“ АД, находяща се на бул. „Съединение“ №49 в редовен състав.

Проведе се публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.

На публичното заседание на комисията не присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис: „Предлагани ценови параметри” от офертите на допуснатите участници, и обяви предложената цена:

1. Оферта с вх. № 115/20.07.2020 г. – 11:30 часа на „ТОМЕД” ООД

Ценовото предложение е както следва: 189 000,00 лв (сто осемдесет и девет хиляди лева) без ДДС или 226 800,00 лв (двеста двадесет и шест хиляди и осемстотин лева) с ДДС.

2. Оферта с вх. № 116/20.07.2020 г. – 11:35 часа на „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Ценовото предложение е както следва: 191 200,00 лв (сто деветдесет и една хиляди и двеста лева) без ДДС или 229 440 лв (двеста двадесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет лева) с ДДС.

С изпълнението на тези действия публичната част на заседанието приключи в 10:15 часа.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа ценовото предложение на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП и установи:

Ценовото предложение на „ТОМЕД” ООД – представено съобразно предвидения в документацията за участие образец, подпечатано и подписано от представляващия дружеството. Не са констатирани аритметични грешки.

Ценовото предложение на „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД – представено съобразно предвидения в документацията за участие образец, подпечатано и подписано от представляващия дружеството. Не са констатирани аритметични грешки.

Не е налице основание за извършване на проверка по чл.72 от ЗОП относно предложените цени.

В обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет *“Доставка на нова рентгенова тръба за Ангиографски апарат модел Optima 3100, произведен от*

GE Healthcare“, комисията оцени и класира офертите по обявения критерий: **“най-ниска цена”**, като участникът предложил **“най-ниска цена”** е класиран на първо място:

I- ВО МЯСТО: „ТОМЕД” ООД – със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. “Свети Патриарх Евтимий” 80 А, офис №14-15, ет.3, ЕИК 123685800, представлявано от Тодор Тонев Тодоров и Антон Тодоров Тонев- Управители, начин на представяване: заедно и портделно, **с предложена цена от 189 000,00 лв (сто осемдесет и девет хиляди лева) без ДДС.**

II- РО МЯСТО: „ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД – със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, район „Изгрев“, ж.к. Световен търговски център „Интерпред“, бул. “Драган Цанков” №36, офис 405 Б, ЕИК 201952777, представлявано от Христо Димитров Христов - Управител, **с предложена цена от 191 200,00 лв (сто деветдесет и една хиляди и двеста лева) без ДДС.**

С извършване на гореописаните действия комисията приключи своята работа.

Настоящия доклад е изготвен на 09.10.2020 г. и заедно с протоколите от работата на комисията и документацията се предават на Възложителя.

Дата на предаване: 09.10.2020 г.

Комисия в състав:

Председател:

Д-р Иван Тодоров Иванов*

Членове:

1. Красимира Руменова Николсва *.
2. Виолета Бориславова Йорданова *.

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД