

## ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 0402 /27.05.2016г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”**

На **27.05.2016 г.**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул.„Съединение”№49 се събра комисия в състав:

**Председател:**

Д-р Милена Панайотова Бакалова – Началник отделение „Образна диагностика”

**Членове:**

1. Дарина Иванова Димова – старши рентгенов лаборант в отделение „Образна диагностика”;
2. Лиляна Ангелова Делчева – счетоводител в „МБАЛ-Хасково” АД;
3. Красимира Руменова Николова– икономист „Обществени поръчки” в „МБАЛ-Хасково” АД;
4. Виолета Бориславова Йорданова – юриконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД.

Комисията започна своята работа в 10:00 часа, след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Списък с участниците и представените оферти:

- 1) **„Меркурий Комерсиал” ООД** – подадена оферта с **вх.№ 76 / 26.05.2016г. в 14:30 часа** – в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик, надписан според изискванията на възложителя;

След като научиха името на единствения участник, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.35, ал.3 (за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2) от ЗОП.

Отварянето на получената оферта се извърши публично.

На откритото заседание на комисията не присъстват представители на участникът. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

## ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 0402 /27.05.2016г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”**

На **27.05.2016 г.**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ-Хасково” АД, находяща се на бул.„Съединение”№49 се събра комисия в състав:

### **Председател:**

Д-р Милена Панайотова Бакалова – Началник отделение „Образна диагностика”

### **Членове:**

1. Дарина Иванова Димова – старши рентгенов лаборант в отделение „Образна диагностика”;
2. Лиляна Ангелова Делчева – счетоводител в „МБАЛ-Хасково” АД;
3. Красимира Руменова Николова– икономист „Обществени поръчки” в „МБАЛ-Хасково” АД;
4. Виолета Бориславова Йорданова – юриконсулт в „МБАЛ-Хасково” АД.

Комисията започна своята работа в 10:00 часа, след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

### Списък с участниците и представените оферти:

- 1) **„Меркурий Комерсиал” ООД** – подадена оферта с **вх.№ 76 / 26.05.2016г. в 14:30 часа** – в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик, надписан според изискванията на възложителя;

След като научиха името на единствения участник, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.35, ал.3 (за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2) от ЗОП.

Отварянето на получената оферта се извърши публично.

На откритото заседание на комисията не присъстват представители на участникът. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.



**Резултати от работата на комисията:**

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и провери за наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика със съответните надписи.

**1.Отвори се пликът на „Меркурий Комерсиал” ООД** – със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4003, ул. ”Анри Барбюс” № 6, ЕИК 040093917, представлявано от Боян Велков Русев - управител на дружеството.

В същия имаше три отделни непрозрачни запечатани плика надписани както следва:

плик № 1 „Документа за подбор”;

плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”;

плик № 3 ” Предлагана цена”.

Всички членове на комисията подписаха плик № 3 надписан „Предлагана цена”.

При отварянето на плик № 2 надписан „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ документи свързани с изпълнението на поръчката, членовете на комисията положиха подписите си на всяка страница от документите съдържащи се в него и пликът бе затворен отново.

Пристъпи се към отварянето на плик № 1 „Документи за подбор”, отнасящи се до критериите за подбор.

Комисията оповести представените от участника документи, съдържащи се в плик № 1 и провери съответствието им със списъка по чл.56, ал.1, т.14.

След като ги разгледа, констатира следното: Всички документи са налични, окомплектовани по приложения списък и отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя. Участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва като подизпълнител „Сименс Хелткеър” ЕООД, ЕИК 203474500.

➤ **Комисията допуска участника „Меркурий Комерсиал” ООД до разглеждане на документи в плик №2 -„Предложение за изпълнение на поръчката”.**

В 11:30 часа на 27.05.2016г., комисията взе решение да продължи своята работата на 31.05.2016г. от 10:00 часа.

На **31.05.2016 г., в 10:00 часа**, в гр.Хасково в административната сграда на „МБАЛ– Хасково” АД , находяща се на бул.”Съединение ”№49 се събра комисия в състав:

***Председател:***

Д-р Милена Панайотова Бакалова – Началник отделение „Образана диагностика”

**Членове:**

1. Дарина Иванова Димова – старши рентгенов лаборант в отделение „Образна диагностика“;
2. Лиляна Ангелова Делчева – счетоводител в „МБАЛ-Хасково“ АД;
3. Красимира Руменова Николова– икономист „Обществени поръчки“ в „МБАЛ-Хасково“ АД;
4. Виолета Бориславова Йораднова – юристконсулт в „МБАЛ-Хасково“ АД.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката - плик № 2, на единственият участник в процедурата.

**Относно плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" на „Меркурий Комерсиал" ООД**

Предлаганият от участника апарат е: 32-срезов компютърен томограф модел SOMATOM perspective 32-срезова конфигурация, произведен от SIEMENS.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката и неустанови несъответствия с изискванията поставени от Възложителя.

Комисията допуска разгледаната оферта до оценяване според обявеният от Възложителя критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели:

Комплексната оценка за компютърния томограф се изчислява както следва:

$$K = K_1 + K_2$$

**Критерий  $K_1$**

**$K_1$  – Предложена цена – 50 т**

$$K_1 = \frac{\text{минимална предложена цена}}{\text{предложена цена}} \times 50$$

**Критерий  $K_2$**

**$K_2$  -Техническа характеристика на апаратурата - 50 т**

Техническа характеристика на апаратурата -  $K_2$

$$K_2 = K_{2a} + K_{2b} + K_{2c} + K_{2d}$$

**$K_{2a}$  – Поле на визуализация – до 15т.**

Забележка: Предложението с най-голямо поле на визуализация получава 15т. Следващото по сила предложение получава 7т. Третото - получава 3т., следващите – 1 т.

**$K_{2б}$  – Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) в см – до 15т.**

Забележка: Предложението с най-тясното гентри (най-ниската стойност в см) получава 15 т., следващото по сила предложение – 7 т., следващото – 3 т., следващите – 1т.

**$K_{2в}$ – Максимална консумирана мощност – в kVA – до 10т.**

Забележка: предложението с най-малката консумирана мощност (най-ниската стойност в kVA) получава 10 т., следващото по сила предложение – 5 т., следващото – 2 т., следващите – 0 т.

**$K_{2г}$ – Площ на малкия фокус в кв.мм – до 10т.**

Забележка: предложението с най-малката площ на малкия фокус в кв.мм получава 10 т., следващото по сила предложение – 5 т., следващото – 2 т., следващите – 0 т.

**Максималния брой точки на комплексната оценка, който може да бъде получен от участник е 100 (сто).**

**„Меркурий Комерсиал” ООД**

По посочените показатели за оценка от Възложителя:

**$K_{2a}$  – Поле на визуализация – 70 см**

**$K_{2б}$  – Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) в см – 68 см**

**$K_{2в}$ – Максимална консумирана мощност – в kVA –  $\leq 70$  kVA**

**$K_{2г}$ – Площ на малкия фокус в кв.мм –  $0.8 \text{ мм} \times 0.5 \text{ мм} = 0.4 \text{ кв.мм}$**

**Изчисление на Критерий  $K_2$**



**$K_2$  -Техническа характеристика на апаратурата - 50 точки :**

$$K_2 = K_{2a} + K_{2б} + K_{2в} + K_{2г}$$

**$K_{2a}$  – Поле на визуализация – 15 точки**

**$K_{2б}$  – Дълбочина на гентрито (от предния до задния капак) в см – 15 точки**

**$K_{2в}$ – Максимална консумирана мощност – в kVA – 10 точки**

**$K_{2г}$ – Площ на малкия фокус в кв.мм – 10 точки**

$$K_2 = 15 + 15 + 10 + 10 = 50 \text{ точки}$$

С това работата на комисията за това заседание приключи.

Настоящият протокол, съставен на 02.06.2016г. и ще се изпрати на всички участници в процедурата по факс или електронна поща и ще се публикува на сайта на „МБАЛ–Хасково” АД в профила на купувача.




Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовата оферта да се публикува в профила на купувача на „МБАЛ–Хасково” АД при спазване на срока по чл.69а,ал.3 от ЗОП.

Всички решения на комисията са взети с единодушие.

**Комисия в състав:**

**Председател:** Д-р Милена Бакалова 

**Членове:**

1. Дарина Димова 
2. Лиляна Делчева 
3. Красимира Николова 
4. Виолета Йораднова 