



Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД

Гр. Хасково 6300
Бул. Съединение №49

Тел. центр.: 038/ 606 700; 606 800;
e-mail: mbal_haskovo@mail.bg

М-12-03421
26.07 2013

РАЗЯСНЕНИЕ

Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпилото запитване в „МБАЛ-Хасково“ АД за разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Хасково“ АД по пет обособени позиции,* открита с решение № 0445/20.06.2013 г., на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОП. Ви изпращаме следните разяснения по поставените въпроси.

Въпроси:

1. В Приложение № 1.2 стр. 17 от Техническата спецификация, за Обособена позиция № 2: *„Доставка на 5/пет/ броя – 6 Канален ЕКГ апарат”*
Какво означава/се изисква като: *„Комбинирана функционалн-буквена клавиатура за въвеждане на имена, дати и данни за пациента, защитен от влага”*
2. В Приложение № 1.5, стр. 20 от Техническа спецификация, за Обособена позиция № 5: *„Доставка на 10 /десет/ броя пациентни монитори с централна мониторна станция и 10 /десет/ броя перфузори”.*
Относно размера на дисплея: *„ Диагонал на екрана минимум /12.1”/ десет инча.”* Кой размер се изисква?

Отговор на въпроси:

1. Изискването за комбинирана функционално-буквена клавиатура, защитена от влага, означава стандартна клавиатура, която има бутони за букви, цифри и клавишни комбинации и е защитена от влага за допълнителна сигурност.
2. Изисква се размер дванадесет цяло и един инча /12.1”/.

Възложител:

/ Изп. Директор д-р С. Близнаков /