

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕННИТЕ ПОРЪЧКИ.

Правно основание за провеждане на обществената поръчка

Чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 186 и чл. 187, ал.1 от ЗОП.

За неуредените в настоящата обява условия по провеждането на обществената поръчка се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата поръчка е Изпълнителният директор на „МБАЛ – Хасково“АД д-р Георги Николов Гелов. Възложителят открива възлагането на поръчката по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с публикуване в профила на купувача на обява за събиране на оферти. Заедно с обявата, изготвена по образец е публикувана и всяаква друга информация, свързана с изпълнението на поръчката.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: доставка.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „*Доставка на нови сървърни физически станции за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД*“

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

- доставка и инсталация на 3 (три) броя Windows Server 2016 Standard OS,
- инсталиране и лицензиране на виртуалните машини за потребителя -сървърните приложения в новоизградения кълстер,
- свързване на устройствата в наличната комуникационна инфраструктура,
- инсталиране и конфигуриране на помощните инструменти за управление на средата,
- инсталациране на Hyper-V с Failover и конфигуриране на кълстер от два виртуални хоста,
- инсталациране и лицензиране на виртуални машини за потребителя -сървърните приложения в новоизградения кълстер,
- настройване на репликация на виртуалните машини,
- проверка и валидиране на инсталациите.

ОБЕМ: 2 (два) броя високопроизводителни двупроцесорни физически станции - сървъри за виртуализация и 1 (един) брой сървър за управление.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка и внедряване на 2 (два) броя високопроизводителни двупроцесорни физически станции - сървъри за виртуализация и 1 (един) брой сървър за управление, всички предназначени за монтаж в сървърни комуникационнишкафове, които да формират изчислителен кълстър. Предложеното решение трябва да актуализира сървърната инфраструктура, обслужваща „МБАЛ-Хасково“ АД, чрез внедряване на надеждна и устойчива на отказ изчислителна кълстърна архитектура.

Тя трябва да позволи изграждането на виртуална среда (частен облак), към която да бъдат преместени важните за работата на дружеството - сървърни приложения от наличните достигнали праг на жизнен цикъл и производителност физически станции във виртуални машини и обработващи лични данни на физически лица и обслужващи болничната административна инфраструктура.

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Максималната прогнозна стойност е в размер до **50 000.00 лв.** (петдесет хиляди лева) без ДДС.

Предложенията, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.

Изпълнението на договора се поставя под условие в съответствие с чл.114 от ЗОП.

В случай, че в срок от 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, Възложителят не е осигурил финансиране, договорът може да се прекрати от всяка една от страните без предизвестие.

Условия и начин на финансиране и плащане: Собствено финансиране. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минималните технически параметри на които трябва да отговарят предложението на участниците трябва да са съгласно **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническа спецификация / Таблица за съответствие**, неразделна част от настоящата документация.

!!! Важно * В техническата спецификация - *Приложение № 2*, е възможно да е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход.

Касае се за изделия с определен начин на работа/приложение и е невъзможно да се опише предмета на поръчката достатъчно точно и разбираемо по реда на чл.48, ал.1 от ЗОП, без подобно посочване.

Ето защо навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, тип или конкретен произход на изделието да се чете и разбира „*или еквивалентно/и*“.

1. Участниците **задължително** трябва да представят Проспекти/ Каталози, съдържащи пълно описание на техническите показатели и параметри на оферираното от тях оборудване.

➤ *Когато участника поставя в офертата си проспекти / каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин.*

2. Когато участникът не е производител на предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България.

Участникът представя в **оригинал или заверено копие** Оторизационно писмо, издадено на негово име, от производителя на оферирания продукт, в случай, че е на чужд език следва да се представи в превод. **В него задължително да бъдат упоменати конкретните изделия, за които участникът е оторизиран.**

3. Предлаганото **изделие**, трябва да отговаря на изискванията на ЕС, относно нанесена „**CE**” **маркировка**.

Участникът следва да представи с офертата си валиден документ: **Декларация** (Сертификат) **за съответствие**, (CE mark) с легализиран превод на български език от производителя за предлаганите медицински изделия – **заверено копие**.

Специфични изисквания към предлаганото оборудване :

1. Предлаганото оборудване трябва да отговаря изцяло на изискванията, описани в Приложение № 2 или да притежава по-добри параметри. Предложението трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация. Участникът следва да представи подробни каталози с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на възложителя и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри на предлаганото оборудване.

2. Предложеното оборудване да бъде: *фабрично ново, произведено не по-рано от 2018г.*

3. Минималният гаранционен срок на оборудването да е **не по-малко от: 36 (тридесет и шест) месеца** след пускането му в експлоатация.

4. Възложителят определя максимален срок на доставка не повече от **30 (тридесет календарни дни)**, след получаване на Възлагателно писмо от възложителя. Участник предложил по-дълъг срок на доставка ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий „**най-ниска цена**“. Избраният критерий за възлагане се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в обществената поръчка и отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.